GENIUS™ SYSTEM™

Self-Ligating Passive System



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
SHOFU SL ブラケット	歯列矯正用アタッチメント	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00050000

世界の歯科医療に貢献する
株式会社 松風
矯正に関する全てのお問合せ先
営業部 矯正課
〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-2 松風ESTビル
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682
https://www.shofu.co.jp/ortho/index.php

松風 矯正製品総合カタログ 2024 VOL.12
株式会社 松風

SMILE TOGETHER

SHOFU ORTHODONTIC


松風 矯正製品総合カタログ

2024 VOL.12

SHOFU INC.

株式会社松風は、1922（大正11）年の創立以来、研究開発を重視した姿勢を貫き、
時代に先駆けた製品を数多く市場に提供し、
世界の歯科医療の発展とともに歩んできました。

近年、患者さまの「美」に対する意識が高まり、
審美歯科治療で使用される歯科材料への要望はますます高まっています。
松風は歯科材料メーカーとして、その期待に応えるべく、
高品質で独創的な製品を生み出す
「新製品開発型企業（スペシャリティファーム）」を目指していきます。




SHOFU SL ブラケット　ジニアス クリスタル、ジニアス メタル　P2〜P3


ORIGAMI SL ブラケット　ORIGAMI SL ブラケット、ORIGAMI SL チューブ　P4〜P5


フォレスタデント　グラム ブラケット、ミニスプリント Ⅱ メタルブラケット、チューリップ バッカルチューブ、バッカルチューブ、バンドプリウエルド　P6〜P9


ブラケット／チューブ／バンド　シンメトリー クリア、インスパイアice、ミニツイン、マイクロチューブ、デイモン、バンド、リンガルアタッチメント、マイウェルダー（関連製品）レベリング クリア アタッチメント　P10〜P17


ワイヤー　オーソラインアーチワイヤー、各種アーチワイヤー フォレスタデント ニッケルチタンワイヤー、フォレスタデント ステンレススチールワイヤー　P18〜P27



消 耗 品　ワイヤープロダクト、エラスティックチェーンTS、Ti-Niコイルスプリング　P28〜P29


松風ヘッドギア　リバースプルマスク、ハイプルヘッドキャップ、サービカルネックパッド、セーフティリリースモジュール　P30


シリコン材　ギシ グー、エミルマ　P31


アンカースクリュー　アブソアンカーⅢ、インスツルメント、デントス NT コイルスプリング　P32〜P36


模型関連　松風オーソモデル、矯正実習材料　P37


光照射器　VALOオーソ コードレス、VALO関連製品　P38〜P39


ボンディング材　ビューティオーソ ボンドⅡ、オーソティースクリーナー、ジェットカーバイドバー CA用、オパールアドヒーシブ、オパールバンドセメント　P40〜P44


技工関連　オーソパレット、分離材　P45


咬 合 器　パナデント咬合器システム、コイスシステム、クイックスプリットシステム　P46〜P49


プライヤー　歯科矯正用プライヤー　P50〜P55


その他　書籍、こどもハミガキ上手PRO、フレッシュエア、リテーナーミラーケース　P56〜P57

索　引　商品名インデックス　P58〜P59

SHOFU SL ブラケット (歯列矯正用アタッチメント)

GENIUS™ SYSTEM™

Self-Ligating Passive System





管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00050000

GENIUS SYSTEM

パッシブ × .021スロット という新しいコンセプト

前歯部に.018スロット、オプション　JETsystemを追加
バイディメンジョナルテクニックに対応



パッシブセルフライゲーションブラケット

開閉式のシャッターにより4つの面でワイヤーを効率的にコントロールします。
結さつ不要なためチェアタイムの削減、患者さまの負担軽減につながります。


.021スロット

スロットとワイヤーの遊びを減少させ、ワイヤーの力を効率的に伝えます。
※使用するワイヤーは、ラウンド .020、レクタンギュラー .019×.025インチ以下を使用。

優れた審美性

ブラケットボディ、スロット、シャッターがセラミック製です(ジニアス クリスタル)。

幅の広いシャッター



丸みのあるデザイン



スロットエッジ部のラウンド加工



結さつ可能なタイウィングスペース





簡便なオープン/クローズ機構



ベース面デザイン



ジニアス クリスタル



ジニアス メタル

◇コンサルテーションモデル




GSCCM コンサルテーションモデル ジニアスクリスタル	包装
	1入


(社内処理コード:KN09)



GSMCM コンサルテーションモデル ジニアスメタル	包装
	1入

(社内処理コード:KM09)





◇ジニアス クリスタル ブラケット (歯列矯正用アタッチメント)

GENIUS™ CRYSTAL™



ジニアス クリスタル

ジニアス クリスタル	包装
	単品10入

(社内処理コード:.018 KN01 /.021 KN02 /オプション KN03)

ジニアスシステムのセラミックの審美ブラケットです。
シャッターまでセラミックのため、審美性に優れています。
タイウィングスペースも備えており結さつも可能です。

部位		フック	トルク	ティップ	.018 スロット 左	.018 スロット 右	.021 スロット 左	.021 スロット 右
U1	上顎中切歯	無し	14°	5°	GSC1210	GSC1110	GSC3210	GSC3110
U2	上顎側切歯	無し	6°	9°	GSC1220	GSC1120	GSC3220	GSC3120
U3	上顎犬歯	付き	3°	5°	GSC1231	GSC1131	GSC3231	GSC3131
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	2°	-	-	GSC3240	GSC3140
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	GSC1310	GSC1410	GSC3310	GSC3410
L3	下顎犬歯	付き	3°	5°	GSC1331	GSC1431	GSC3331	GSC3431



1症例キット内容		.021スロット
上下顎 3-3	犬歯 フック付き	C3W3H
上下顎 5-5(下顎4-5メタル)	犬歯 フック付き	CU5L33H

オプション　JETsystem

JETsystem®

短期集中治療を可能にする4ステップ同時治療により、抜歯症例で1年以内に矯正治療を終えることを目的とした矯正治療システムです。

部位		フック	トルク	ティップ	.018 スロット 左	.018 スロット 右
U1	上顎中切歯(ハイトルク)	無し	22°	5°	GSC5210	GSC5110
U2	上顎側切歯(ハイトルク)	無し	15°	9°	GSC5220	GSC5120
U3	上顎犬歯　(ハイトルク)	付き	11°	8°	GSC5231	GSC5131



1症例キット内容	.018スロット
上顎 3-3(ハイトルク) /下顎3-3 犬歯 フック付き	A3JTHTQ

◇ジニアス メタル ブラケット (歯列矯正用アタッチメント)

GENIUS™ METAL



ジニアス メタル

ジニアス メタル	包装
	単品10入

(社内処理コード:021 KM02)



Lフックタイプ(犬歯用)

コバルトクロム合金(Ni0.00~0.50wt%)製のメタルブラケットです。
シャッターで開閉する6番用もラインナップ。
コンバーチブルキャップを外す際の脱落リスクを避けられます。

部位		フック	トルク	ティップ	.021 スロット 左	.021 スロット 右
U1	上顎中切歯	無し	14°	5°	GSM3210	GSM3110
U2	上顎側切歯	無し	6°	9°	GSM3220	GSM3120
U3	上顎犬歯	付き	3°	5°	GSM3231	GSM3131
U3	上顎犬歯	無し	3°	5°	GSM3230	GSM3130
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	2°	GSM3241	GSM3141
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	2°	GSM3240	GSM3140
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	GSM3310	GSM3410
L3	下顎犬歯	付き	3°	5°	GSM3331	GSM3431
L3	下顎犬歯	無し	3°	5°	GSM3330	GSM3430
L4	下顎第1小臼歯	付き	-11°	4°	GSM3341	GSM3441
L4	下顎第1小臼歯	無し	-11°	4°	GSM3340	GSM3440
L5	下顎第2小臼歯	付き	-16°	2°	GSM3351	GSM3451
L5	下顎第2小臼歯	無し	-16°	2°	GSM3350	GSM3450

オプション

部位		フック	トルク	ティップ	.021 スロット 左	.021 スロット 右
U3	上顎犬歯	Lフック付き	3°	5°	GSM3232	GSM3132
L3	下顎犬歯	Lフック付き	3°	5°	GSM3332	GSM3432

部位		タイプ	トルク	ティップ	ローテーション	.021 スロット 左	.021 スロット 右
U6	上顎第1大臼歯	シングル	-17°	0°	6°	GSM3262	GSM3162
L6	下顎第1大臼歯	シングル	-20°	2°	2°	GSM3362	GSM3462



1症例キット内容		.021ロット
上下顎 5-5	フック無し	M5WO
上下顎 5-5	犬歯フック付き	M5W3H
上下顎 5-5	犬歯・小臼歯フック付き	M5WH

◇ブラケットオープニングドライバー (歯科矯正用結さつ器)

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000275



ジニアスシステム／ORIGAMIシステム共用



品番 BD32001 ブラケットオープニング ドライバー	包装
	1入

(社内処理コード:KM09)

ORIGAMI SL ブラケット（歯列矯正用アタッチメント）
ORIGAMI SL チューブ（歯列矯正用チューブ）

管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00050000
管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00051000

ORIGAMI SL -Passive Self-Ligating System-

.020 Square

.020×.020 スクエアスロット
パッシブセルフライゲーションシステム



開発コンセプト・特長



ラビアルブラケットで、効率的な治療と患者さんの快適性を両立するブラケットを作りたいと考え、この ORIGAMI SL を開発しました。
この製品は、製品名の由来である折り紙（正方形）と共通するスクエア（正方形）型ブラケットスロットを有していることが特徴になります。
スクエア型スロットは、ワイヤーとの遊びを少なくし、コントロールしやすい環境を作ります。スロットの縦横サイズが同一になることで、ラウンドワイヤーでも縦横共に遊びが少ない状況を作れることが特徴となります。
また、患者さんの快適性と Light Continuous Force でのコントロールを考え、小さく、ブラケットハイトの低いセルフライゲーションブラケットにデザインしました。
この.020 Squareのコンセプトが世界に広がっていくことを願っています。




開発者
イーライン矯正歯科
院長 竹元京人先生

Esthetic
Small, Low profile




※自社製品比較

.020 Square
Light Force.
Tipping & Rotation control



Passive
Low friction. Less binding



Features - 製品特長 -


パッシブセルフライゲーションブラケット
4つの面でワイヤーを効率的にコントロール

結さつ可能な
タイウィングスペース



.020 X .020 スロット
ブラケットスロットとワイヤーの
遊びが少なくなることで、Tipping, Torque,
Rotation controlを行いやすい

簡便なオープン／クローズ機構
結さつ不要なためチェアタイムの削減、
患者さまの負担を軽減





対合歯に当たりづらいデザイン
小さい形状のため
対合歯に当たりづらい位置に
ポジショニングしやすい

竹元京人先生による
解説動画

[動画内容]　36分
①Square Slotの利点
②ORIGAMI SL 製品ラインナップ
③Treatment step、技工Step
（Setup、IDBC）
④症例
⑤Diagnosis with CT
⑥まとめ

ORIGAMI SL ブラケット（歯列矯正用アタッチメント）

ORIGAMI SL .020 Square

ORIGAMI SL ブラケット	包装
	単品10入

（社内処理コード：KN04）



■単　品

品　番	トルク	アンギュレーション	IDカラー
KT5110	+10°	0°	●
KT5120	+5°	0°	●
KT5130	0°	0°	なし
KT5140	-5°	0°	●
KT5150	-10°	0°	●

品番	KT5110	KT5120	KT5130	KT5140	KT5150
ID マーク					
TQ	+10°	+5°	0°	-5°	-10°
ANG	0°	0°	0°	0°	0°


ORIGAMI SL チューブ（歯列矯正用チューブ）

ORIGAMI SL チューブ	包装
	単品10入

（社内処理コード：KM04）



第一大臼歯用チューブ



第二大臼歯用チューブ


■単　品

品　番	部　位	トルク	アンギュレーション	IDカラー
KT5160	U6R/L6L	-15°	0°	●
KT5260	U6L/L6R	-15°	0°	●
KT5170	U7R/L7L	-15°	0°	●
KT5270	U7L/L7R	-15°	0°	●

■1症例キット

内　容	品　番
1症例キット 上下左右6-7（8入）	KTUL67

1症例キット内容



※ご注意:全てティップ0°、インアウトは同一値です。
チューブのIDマークが歯肉側にくるよう位置付けてください。ご使用の際はご注意ください。

ブラケットオープニングドライバー（歯科矯正用結さつ器）

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000275



ジニアスシステム／ORIGAMIシステム共用



品番　BD32001 ブラケットオープニング ドライバー	包装
	1入

（社内処理コード：KM09）

Setup、インダイレクトボンディング化することでより効率的な診療を。







Setup　Positioning　Indirect Bonding

ORIGAMI SL ブラケット、ORIGAMI SL チューブはアンギュレーションが0° のため、Setup模型にポジショングをし、インダイレクトボンディングコアで位置づけることで、ストレートワイヤーの特長を活かした治療が行えます。※注1

※注1詳細は営業担当者へお問い合わせください。

GLAM® Bracket McLaughlin Bennett 5.0

◇フォレスタデント グラム ブラケット（歯列矯正用アタッチメント）

McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT

管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00003000



フォレスタデント グラム ブラケット

フォレスタデント グラム ブラケット	包装	
	単 品	10入
	1症例キット	下記参照

（社内処理コード：018 KG01 ／ 022 KG02）

フォレスタデント グラム ブラケットの識別



- 最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠
- 透明性が高く、反射が少ないため、口腔内で目立ちにくいです。
- 専用のディボンディングツールを使用することで、簡単に除去が可能です。
- ボンディング時のポジショニングに役立つスロット部にもカラーマーキングを施しました。

McLaughlin Bennett 5.0

部 位		フック	トルク	ティップ	イン／アウト	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	17°	4°	1.25mm	61T0103	62T0103	61T0101	62T0101
U2	上顎側切歯	無し	10°	8°	1.50mm	61T0203	62T0203	61T0201	62T0201
U3	上顎犬歯	無し	0°	8°	1.00mm	61T0323	62T0323	61T0321	62T0321
U3	上顎犬歯	付き	0°	8°	1.00mm	61T0333	62T0333	61T0331	62T0331
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	0°	1.00mm	61T0503	62T0503	61T0501	62T0501
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	1.00mm	61T0513	62T0513	61T0511	62T0511
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	1.50mm	61T1203		61T1201	
L3	下顎犬歯	無し	0°	3°	1.00mm	61T1423	62T1423	61T1421	62T1421
L3	下顎犬歯	付き	0°	3°	1.00mm	61T1433	62T1433	61T1431	62T1431
L4	下顎第1小臼歯	無し	-12°	0°	0.70mm	61T1503		61T1501	
L4	下顎第1小臼歯	付き	-12°	0°	0.70mm	61T1513		61T1511	
L5	下顎第2小臼歯	無し	-17°	0°	0.70mm	61T1603		61T1601	
L5	下顎第2小臼歯	付き	-17°	0°	0.70mm	61T1613		61T1611	

オプション

部 位		フック	トルク	ティップ	イン／アウト	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U3	上顎犬歯	無し	-7°	8°	1.00mm	61T0303	62T0303	61T0301	62T0301
U3	上顎犬歯	付き	-7°	8°	1.00mm	61T0313	62T0313	61T0311	62T0311
L1&2	下顎切歯(ロスタイプ)	無し	0°	0°	1.50mm	631203		631201	
L3	下顎犬歯	無し	-6°	3°	1.00mm	61T1403	62T1403	61T1401	62T1401
L3	下顎犬歯	付き	-6°	3°	1.00mm	61T1413	62T1413	61T1411	62T1411

1症例キット

1症例キット内容	ケース外観	フック	.018 スロット	.022 スロット
上下顎 5-5		無し	06T0773	06T0767
		犬歯 フック付き	06T0775	06T0769
		犬歯・小臼歯フック付き	06T0777	06T0771

※記載のキットは犬歯 0° トルクになります。犬歯のトルク有りのキットや、3症例キットをご希望の方は(株)松風までお問い合わせ下さい。

関連製品

一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X10094F00001



501-0815 グラムブラケット ディボンディング ツール DE	包装
	1入

（社内処理コード：KG10）

- グラムブラケット用のディボンディングツールです。
- ディボンディング時のブラケットの破折のリスクを軽減します。
- オートクレーブ滅菌対応。
- ダブルエンドなので、両端ともに使用可能です。



グラムセラミックブラケット コンサルテーションモデル



ミニスプリント Ⅱ ブラケット コンサルテーションモデル

9501000 グラムセラミックブラケット コンサルテーションモデル	包装
	1入

（社内処理コード：KG09）

50T0210 ミニスプリント Ⅱ ブラケット コンサルテーションモデル	包装
	1入

（社内処理コード：KF09）

- 患者さまご説明用のコンサルテーションモデルです。





00E0043 ブラケット プレースメントガイド	包装
	1入

（社内処理コード：S910）

- ブラケットポジショニング参考用のガイドです。

Mini Sprint® II McLaughlin Bennett 5.0

◇ミニスプリントⅡ メタル ブラケット（歯列矯正用アタッチメント）

McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT

管理医療機器 医療機器認証番号 221AKBZX00036000



ミニスプリントⅡメタル ブラケット

ミニスプリントⅡ メタル ブラケット	包装	
	単 品	10入
	1症例キット	下記参照

（社内処理コード：018 KF01 ／ 022 KF02）

ミニスプリントⅡメタル ブラケットの識別



- 最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠
- 高度なMIM技術で成形された、一体型の正確なツインタイプブラケットデザイン
- 滑らかなブラケット表面仕上げ
- ループロファイルで、丸みのあるブラケットデザインを採用

McLaughlin Bennett 5.0

部 位		フック	トルク	ティップ	イン／アウト	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	17°	4°	1.05mm	79T0103	80T0103	79T0101	80T0101
U2	上顎側切歯	無し	9°	8°	1.25mm	79T0203	80T0203	79T0201	80T0201
U3	上顎犬歯	無し	0°	8°	0.60mm	79T0333	80T0333	79T0331	80T0331
U3	上顎犬歯	付き	0°	8°	0.60mm	79T0323	80T0323	79T0321	80T0321
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	0°	0.80mm	79T0413	80T0413	79T0411	80T0411
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	0.80mm	79T0403	80T0403	79T0401	80T0401
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	1.30mm	80T1203		80T1201	
L3	下顎犬歯	無し	0°	3°	0.60mm	79T1433	80T1433	79T1431	80T1431
L3	下顎犬歯	付き	0°	3°	0.60mm	79T1423	80T1423	79T1421	80T1421
L4	下顎第1小臼歯	無し	-12°	2°	0.65mm	79T1513	80T1513	79T1511	80T1511
L4	下顎第1小臼歯	付き	-12°	2°	0.65mm	79T1503	80T1503	79T1501	80T1501
L5	下顎第2小臼歯	無し	-17°	2°	0.65mm	79T1613	80T1613	79T1611	80T1611
L5	下顎第2小臼歯	付き	-17°	2°	0.65mm	79T1603	80T1603	79T1601	80T1601

オプション

部 位		フック	トルク	ティップ	イン／アウト	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U3	上顎犬歯	無し	-7°	8°	0.60mm	79T0313	80T0313	79T0311	80T0311
U3	上顎犬歯	付き	-7°	8°	0.60mm	79T0303	80T0303	79T0301	80T0301
L1&2	下顎切歯	無し	-1°	0°	1.30mm	80T1223		80T1221	
L3	下顎犬歯	無し	-6°	3°	0.60mm	79T1413	80T1413	79T1411	80T1411
L3	下顎犬歯	付き	-6°	3°	0.60mm	79T1403	80T1403	79T1401	80T1401

1症例キット

1症例キット内容	ケース外観	フック	.018 スロット	.022 スロット
上下顎 5-5		無し	06T1060	06T1069
		犬歯 フック付き	06T1063	06T1072
		犬歯・小臼歯フック付き	06T1066	06T1075

※記載のキットは犬歯 0° トルクになります。犬歯のトルク有りのキットや、5症例/10症例キットをご希望の方は(株)松風までお問い合わせ下さい。

Tulip buccal tubes McLaughlin Bennett 5.0

◇フォレスタデント チューリップ バッカルチューブ（歯列矯正用チューブ）

McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT

管理医療機器 医療機器認証番号 221AKBZX00015000



フォレスタデント チューリップ バッカルチューブ

フォレスタデント チューリップ バッカルチューブ	包装	
	単 品	10入

（社内処理コード：018 LE01 ／ 022 LE02）

- 最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠
- フラットでロープロファイルなデザインで、患者さまの快適性に貢献します。
- 入り口はチューリップ状に開いた形状になっており、ワイヤーの挿入を迅速かつ容易に行えます。



フラットなデザイン



チューリップ状の挿入口

McLaughlin Bennett 5.0

部 位			タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
								左	右	左	右
	U6&7	上顎大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	42T0744	43T0744	42T0742	43T0742
	L6	下顎第1大臼歯	シングル	不可	-20°	0°	0°	42T1714	43T1714	42T1712	43T1712
	L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	43T0724	42T0724	43T0722	42T0722

※ビッグフットパッドの取り揃えもございます。詳しくは(株)松風までお問い合せください。

Forestadent buccal tubes

◇フォレスタデント バッカルチューブ（歯列矯正用チューブ）

管理医療機器 医療機器認証番号 221AKBZX00015000



フォレスタデント
バッカルチューブ

フォレスタデント バッカルチューブ	単品・包装
	10入

（社内処理コード：018 LF01 ／ 022 LF02）

- 安全で確実な治療結果を導き出すことを目的に、歯列矯正専門医からの多くの意見を採り入れたデザイン
- DBS用はパッドのオプション選択が可能(右記参照)
- 7番の挿入口は、ワイヤーが容易に挿入できるようジョウゴ状にデザインされています。



ビッグフットパッド パッドサイズ：M/D幅 約8.5mm O/G幅 約3.5mm

薄く大きなボンディングパッドを使用して、大臼歯への適合性と接着力が向上します。



ラージパッド パッドサイズ：M/D幅 約6.5mm O/G幅 約3.5mm

第1大臼歯用のDBS/バッカルチューブパッド。オプションとして第2大臼歯用に選択可能です。



スモールパッド パッドサイズ：M/D幅 約5.0mm O/G幅 約3.5mm

第2大臼歯用のDBSバッカルチューブパッド。

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System® DBS用

部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット 左	.018 スロット 右	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U6	上顎第1大臼歯	トリプル	可能	-14°	0°	10°	270714	280714	270712	280712
U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	10°	270728※	280728※	270726※	280726※
U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	270804	280804	270802	280802
L6	下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-20°	0°	0°	271704	281704	271702	281702
L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	271804	281804	271802	281802

※The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor dose Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

※上顎6番のダブルチューブはメインスロットとオグジュアリースロットのノーヘッドギアチューブです。

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System® バンド用

部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット 左	.018 スロット 右	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U6	上顎第1大臼歯	トリプル	可能	-14°	0°	10°	270713	280713	270711	280711
U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	10°	270727※	280727※	270725※	280725※
U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	270803	280803	270801	280801
L6	下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-20°	0°	0°	271703	281703	271701	281701
L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	271803	281803	271801	281801

※The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor dose Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

※上顎6番のダブルチューブはメインスロットとオグジュアリースロットのノーヘッドギアチューブです。

オプション／ミニバッカルチューブ DBS用



ミニバッカルチューブは近心類側咬頭へのボンディングに使用できます

部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット 左	.018 スロット 右	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	4°	270814	280814	270812	280812
L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	271814	281814	271812	281812

オプション／ビッグフットベース DBS用

部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット 左	.018 スロット 右	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U6	上顎第1大臼歯	トリプル	可能	-14°	0°	10°	-	-	27B0712	28B0712
U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	10°	-	-	27B0726※	28B0726※
U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	-	-	27B0802	28B0802
L6	下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-20°	0°	0°	-	-	27B1702	28B1702
L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	-	-	27B1802	28B1802

※上顎6番のダブルチューブはメインスロットとオグジュアリースロットのノーヘッドギアチューブです。

オプション／第2大臼歯用 ラージパッドベース DBS用

部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット 左	.018 スロット 右	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	-	-	27L0802	28L0802
L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	-	-	27L1802	28L1802

※オプションは2024年5月現在、.022スロットのみの取扱いとなっております。

Forestadent Prewelded bands

◇フォレスタデント バンドプリウエルド（歯列矯正用チューブ）

McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT

管理医療機器 医療機器認証番号 231AKBZX00024000



フォレスタデント
バンドプリウエルド

フォレスタデント バンドプリウエルド	包装	
	単品	5入
	キット	下記参照

（社内処理コード：単品018 MF01 ／ 022 MF02　キット018 MF03 ／ 022 MF04）

- あらかじめバンドにバッカルチューブを溶接したものです。
- バンド近心面にサイズと部位がマーキングされています。

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System®

部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション
U6		トリプル	可能	-14°	0°	10°
L6		ダブル	可能	-20°	0°	0°

※The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor dose Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

上顎6番はトリプル、下顎6番はダブルのタイプのチューブになります



【単　品】

部位			タイプ	キャップ取り外し	商品番号	サイズ
U6L	上顎第1大臼歯　左側		トリプル	可能	.022：711UL05 ～ 711UL36 .018：713UL05 ～ 713UL36	5 ～ 36（32種類）
U6R	上顎第1大臼歯　右側		トリプル	可能	.022：711UR05 ～ 711UR36 .018：713UR05 ～ 713UR36	5 ～ 36（32種類）
L6L	下顎第1大臼歯　左側		ダブル	可能	.022：701LL05 ～ 701LL36 .018：703LL05 ～ 703LL36	5 ～ 36（32種類）
L6R	下顎第2大臼歯　右側		ダブル	可能	.022：701LR05 ～ 701LR36 .018：703LR05 ～ 703LR36	5 ～ 36（32種類）
	バンドケース		商品番号	900-1107	包装	1個

【キット】



バンドケース付

	スロット	部位	入り数	商品番号	スロット	部位	入り数	商品番号
	.018	U6	100入	0713100	.022	U6	100入	0711100
		L6		1703100		L6		1701100
		U6	200入	0713200		U6	200入	0711200
		L6		1703200		L6		1701200
		U6	400入	0713400		U6	400入	0711400
		L6		1703400		L6		1701400

【キット内容　内訳】

サイズ	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
100個キット（左右各50個）										2	2	3	3	5	5	6	6	6	5	3	2	2										
200個キット（左右各100個）	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1
400個キット（左右各200個）	2	2	2	2	2	4	4	6	6	6	8	8	10	12	12	12	12	12	12	12	10	8	8	6	6	4	2	2	2	2	2	2

※単品、キットともに受注発注製品になります。

◇シンメトリー クリア（歯列矯正用アタッチメント）

管理医療機器 医療機器認証番号 230ADBZX00074000



シンメトリー クリア

シンメトリー クリア	包 装	
	単品	5入
	キット	下記参照

（社内処理コード：018 K521 ／ 022 K522）


●McLaughlin、Bennett、Trevisi※の処方を発揮するためにデザインされたシンメトリークリアは高い審美性と優れた強度を持っています。※ドクターの推奨を示唆するものではありません。



シンメトリー クリア ブラケットの識別

5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5



進化した多結晶アルミナセラミック製造技術により優れた審美性と高い信頼性を実現。

丸みを帯びたなめらかな表面処理で不快感を軽減。光の拡散で高い審美性。

複合湾曲のベースを持つ解剖学的なパッドで、様々な歯面に適合。

面取りされた近遠心のアーチワイヤーエッジによりノッチングを減少しスライディングしやすい。

十分なトルクとアンダータイウイングエリア、ウイングの強度により、ダメージや破折なくSSのリガチャーワイヤーで容易に二重結紮。

ベースフランジによりしっかりと把持。破折なく位置決め。

低いプロファイルによる優れた審美性、咬合干渉を最小限に。

※社内データ（オームコジャパン）



●パッドの表面に施されたレーザーエッチングパターン

McLaughlin,Bennett&Trevisi Rx

部 位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	17°	4°	0°	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
U2	上顎側切歯	無し	10°	8°	0°	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
U3	上顎犬歯	無し	0°	8°	0°	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
U3	上顎犬歯	付き	0°	8°	0°	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	0°	0°	418-1510		419-1510	
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	0°	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	0°	418-1010		419-1010	
L3	下顎犬歯	無し	0°	3°	2°	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
L3	下顎犬歯	付き	0°	3°	2°	418-2411	418-2410	419-2411	419-2410
L4	下顎第1小臼歯	無し	-12°	0°	0°	418-1610		419-1610	
L4	下顎第1小臼歯	付き	-12°	2°	0°	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
L5	下顎第2小臼歯	無し	-17°	0°	0°	418-1710		419-1710	
L5	下顎第2小臼歯	付き	-17°	2°	0°	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

オプション

部 位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U2	上顎側切歯（スリムインアウト）	無し	10°	8°	0°	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212

1症例キット

1症例キット内容		.018 スロット	.022 スロット
上顎 3-3	（犬歯 フック付き）	746-2103	746-2203
上顎 5-5	（犬歯 フック付き）	746-2105	746-2205
上顎 5-5	（犬歯 小臼歯フック付き）	746-2106	746-2206
上顎 3-3 ／ 下顎 3-3	（犬歯 フック付き）	746-2102	746-2202
上顎 5-5 ／ 下顎 5-5	（犬歯 小臼歯フック付き）	746-2101	746-2201

◇関連製品

（社内処理コード：K520）



シンメトリー クリア ディボンディング プライヤー
商品番号
866-4025

一般医療機器 医療機器届出番号
27B1X00039205500



シンメトリー クリア タイボドント
商品番号
717-0021



●専用のディボンディングプライヤー。
非常に小さな力でディボンドすることができます。
握ってカチッと音がすれば完了です。

◇インスパイア ice（歯列矯正用アタッチメント）

管理医療機器 医療機器認証番号 21200BZY00022000



インスパイア ice

インスパイア ice	包 装	
	単 品	5入 フック無し / フック付き
	1症例キット	下記参照

（社内処理コード：018 K511 ／ 022 K512）

●クリスタルのように透明なインスパイア ice が患者さまの審美的要求にお応えします。
●単結晶のサファイアを製造する技術によって透明なインスパイア ice は作られています。


インスパイア ice ブラケットの識別

U5R U4R U3R U2R U1R | U1L U2L U3L U4L U5L

L5R L4R L3R L2R L1R | L1L L2L L3L L4L L5L




トルクインベース



●アーチワイヤースロット、ブラケットベース、臨床歯冠の3点中央が一致することにより、正確な歯牙移動が可能になります。

コンパウンドコントゥア



●ブラケットベースに歯冠中央の水平的・垂直的湾曲を組み込むことにより的確なトルク、イン／アウト、歯面へのボンディングが得られます。

レベルスロットラインナップ



●ブラケットの位置付けは各歯牙で一定しており、治療終了時ブラケットスロットは同一平面上に並んだ状態になります。

ロス セットアップ　インスパイア ice は在庫限りの販売になります。商品番号が灰色の品目は、2024 年 5 月現在、既に販売終了になっている品目です

部 位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	12°	5°	0°	091-863	081-863	092-863	082-863
U2	上顎側切歯	無し	8°	9°	0°	101-861	071-861	102-861	072-861
U3	上顎犬歯	無し	-2°	13°	4°	111-819	061-819	112-819	062-819
U3	上顎犬歯	付き	-2°	13°	4°	111-859	061-859	112-859	062-859
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	0°	2°	131-819	041-819	132-819	042-819
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	2°	131-859	041-859	132-859	042-859
L1&2	下顎切歯	無し	-1°	0°	0°	241-801	251-801	242-801	252-801
L3	下顎犬歯	無し	-11°	7°	2°	221-819	271-819	222-819	272-819
L3	下顎犬歯	付き	-11°	7°	2°	221-859	271-859	222-859	272-859
L4	下顎第1小臼歯	無し	-17°	-1°	4°	211-819	281-819	212-819	282-819
L4	下顎第1小臼歯	付き	-17°	-1°	4°	211-859	281-859	212-859	282-859
L5	下顎第2小臼歯	無し	-22°	-1°	4°	201-819	291-819	202-819	292-819
L5	下顎第2小臼歯	付き	-22°	-1°	4°	201-859	291-859	202-859	292-859

McLaughlin,Bennett&Trevisi Rx※

部 位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	17°	4°	0°	443-2111	443-2110	444-2111	444-2110
U2	上顎側切歯	無し	10°	8°	0°	443-2211	443-2210	444-2211	444-2210
U3	上顎犬歯	付き	0°	8°	0°	443-3311	443-3310	444-3311	444-3310
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	0°	443-3511	443-3510	444-3511	444-3510
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	0°	443-2011		444-2011	
L3	下顎犬歯	付き	0°	3°	0°	443-3411	443-3410	444-3411	444-3410
L4	下顎第1小臼歯	付き	-12°	2°	0°	443-3611	443-3610	444-3611	444-3610
L5	下顎第2小臼歯	付き	-17°	2°	0°	443-3711	443-3710	444-3711	444-3710

オプション

部 位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯（スーパートルク）	無し	17°	5°	0°	091-840	081-840	092-840	082-840
U2	上顎側切歯（スーパートルク）	無し	10°	9°	0°	101-840	071-840	102-840	072-840
U3	上顎犬歯（スーパートルク）	付き	3°	9°	4°	111-851	061-851	112-851	062-851
U3	上顎犬歯（ティップ9°）	無し	-2°	9°	4°	111-894	061-894	112-894	062-894
U3	上顎犬歯（ティップ9°）	付き	-2°	9°	4°	111-895	061-895	112-895	062-895

1症例キット

1症例キット内容		包 装	.018 スロット	.022 スロット
上顎 3-3	（犬歯 フック付き）	1PK/6入	K511 U3KWH	K512 U3KWH
上顎 5-5	（犬歯 フック付き）	1PK/10入	K511 U5KWH	K512 U5KWH
上下顎 3-3	（犬歯 フック無し）	1PK/12入	K511 KWO	K512 KWO
上下顎 3-3	（犬歯 フック付き）	1PK/12入	K511 KWH	K512 KWH
上顎 5-5 ／ 下顎 3-3	（犬歯 フック無し）	1PK/16入	K511 5KWO	K512 5KWO
上顎 5-5 ／ 下顎 3-3	（犬歯 フック付き）	1PK/16入	K511 5KWH	K512 5KWH
上顎 5-5 ／ 下顎 5-5	（犬歯 フック無し）	1PK/20入	K511 UL5KWO	K512 UL5KWO
上顎 5-5 ／ 下顎 5-5	（犬歯 フック付き）	1PK/20入	K511 UL5KWH	K512 UL5KWH

1症例キット（McLaughlin,Bennett&Trevisi Rx）※

（1症例キットの上顎犬歯はティップ9°）

1症例キット内容		包 装	.018 スロット	.022 スロット
上顎 5-5 ／ 下顎 5-5	（犬歯・小臼歯フック付き）	1PK/20入	746-4309	746-4409
上顎 5-5	（犬歯・小臼歯フック付き）	1PK/10入	746-4310	746-4410
上下顎 3-3	（犬歯 フック付き）	1PK/12入	746-4311	746-4411

※Does not imply endorsement by doctor.

インスパイア ディボンディング用インスツルメント

（社内処理コード：K510）



アイス ディボンディング プライヤー	
商品番号	包装
866-4020	1入

一般医療機器　医療機器届出番号
27B1X00039205400

◇ミニツイン ブラケット（歯列矯正用アタッチメント）

管理医療機器 医療機器認証番号 20100BZY01124000

Mini-Twin



ミニツイン ブラケット

ミニツイン ブラケット	包装
	10入

（社内処理コード：018 K001 ／ 022 K002）


ミニツイン ブラケットの識別






装着例：　ミニツイン　インスパイアice

トルクインベース




●アーチワイヤースロット、ブラケットベース、臨床歯冠の3点中央が一致することにより、正確な歯牙移動が可能になります。

コンパウンドコントゥア



●ブラケットベースに歯冠中央の水平的・垂直的湾曲を組み込むことにより的確なトルク、イン／アウト、歯面へのボンディングが得られます。

レベルスロットラインナップ



●ブラケットの位置付けは各歯牙で一定しており、治療終了時ブラケットスロットは同一平面上に並んだ状態になります。

ロス セットアップ

部位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	12°	5°	0°	091-762	081-762	092-762	082-762
U2	上顎側切歯	無し	8°	9°	0°	101-760	071-760	102-760	072-760
U3	上顎犬歯	無し	-2°	13°	4°	-	-	112-709	062-709
U3	上顎犬歯	付き	-2°	13°	4°	111-799	061-799	112-799	062-799
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	0°	2°	131-709	041-709	132-709	042-709
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	2°	131-799	041-799	132-799	042-799
L1&2	下顎切歯	無し	-1°	0°	0°	241-701	251-701	242-701	252-701
L3	下顎犬歯	無し	-11°	7°	2°	-	-	222-709	272-709
L3	下顎犬歯	付き	-11°	7°	2°	221-799	271-799	222-799	272-799
L4	下顎第1小臼歯	無し	-17°	0°	4°	211-719	281-719	212-719	282-719
L4	下顎第1小臼歯	付き	-17°	0°	4°	211-797	281-797	212-797	282-797
L5	下顎第2小臼歯	無し	-22°	0°	4°	201-719	291-719	202-719	292-719
L5	下顎第2小臼歯	付き	-22°	0°	4°	201-797	291-797	202-797	292-797

オプション

部位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯（スーパートルク）	無し	17°	5°	0°	-	-	092-750	082-750
U1	上顎中切歯（アンドリュース）	無し	7°	5°	0°	-	-	092-700	082-700
U2	上顎側切歯（スーパートルク）	無し	10°	9°	0°	-	-	102-750	072-750
U2	上顎側切歯（アンドリュース）	無し	3°	9°	0°	-	-	102-700	072-700
U3	上顎犬歯　（ティップ9°）	無し	-2°	9°	4°	-	-	112-761	062-761
U3	上顎犬歯　（ティップ9°）	付き	-2°	9°	4°	-	-	112-760	062-760
U3	上顎犬歯　（アンドリュース）	無し	-7°	11°	0°	-	-	112-700	062-700
U4&5	上顎小臼歯（アンドリュース）	無し	-7°	0°	0°	-	-	132-701	042-701
L3	下顎犬歯　（アンドリュース）	無し	-11°	5°	0°	-	-	222-700	272-700
L4	下顎第1小臼歯（アンドリュース）	無し	-17°	0°	0°	-	-	212-701	282-701
L5	下顎第2小臼歯（アンドリュース）	無し	-22°	0°	0°	-	-	202-701	292-701

◇マイクロチューブ（歯列矯正用チューブ）

管理医療機器 医療機器認証番号 16000BZY00066000


Micro Tubes



マイクロ チューブ	単品・包装
	10入

（社内処理コード：018 L001 ／ 022 L002）

トルクインベース



コンパウンドコントゥア



レベルスロットラインナップ



●マイクロチューブはトルクインベース、ティップ、アンチローテーション、コンパウンドコントゥア<ベース面の複合湾曲>、イン／アウトを組み込むことにより治療終了時のレベルスロットラインナップが可能になります。

ロス セットアップ／バンド用

	部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
								左	右	左	右
	U6	上顎第1大臼歯	トリプル	可能	-14°	0°	14°	0483-399	0473-399	0484-399	0474-399
	U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	14°	0643-398 ※	0633-398 ※	0644-398	0634-398
	U6	上顎第1大臼歯	シングル	可能	-14°	0°	14°	0811-395 ※	0821-395 ※	0812-395	0822-395
	U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	14°	0661-399	0651-399	0662-399	0652-399
	L6	下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-30°	-1°	4°	0781-398	0771-398	0782-398	0772-398
	L6	下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	-1°	4°	0191-395 ※	0301-395 ※	0192-395	0302-395
	L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-30°	-1°	4°	0761-399	0751-399	0762-399	0752-399

ロス セットアップ／DBS用

※受注発注商品

	部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
								左	右	左	右
	U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	14°	-	-	1644-398 ※	1634-398 ※
	U6	上顎第1大臼歯	シングル	可能	-14°	0°	14°	1811-395	1821-395	1812-395	1822-395
	U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	14°	1661-399	1651-399	1662-399	1652-399
	L6	下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-30°	-1°	4°	1781-398	1771-398	1782-398	1772-398
	L6	下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	-1°	4°	1191-395	1301-395	1192-395	1302-395
	L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-30°	-1°	4°	1761-399	1751-399	1762-399	1752-399

※受注発注商品

オプション／バンド用

	部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
								左	右	左	右
	U6	上顎第1大臼歯	トリプル	不可	-14°	0°	0°	-	-	0484-397	0474-397
	U6	上顎第1大臼歯	トリプル	可能	-9°	0°	10°	-	-	0484-311 ※	0474-311 ※
	U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-9°	0°	10°	-	-	0624-321	0614-321
	U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	0°	-	-	0662-397	0652-397
	U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-9°	0°	10°	0661-311 ※	0651-311 ※	0662-311	0652-311
	L6	下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-30°	2°	0°	-	-	0782-320 ※	0772-320 ※
	L6	下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	2°	0°	0721-320 ※	0711-320 ※	0722-320	0712-320
	L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-31°	2°	0°	-	-	0762-310 ※	0752-310 ※
	L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	2°	0°	0761-393 ※	0751-393 ※	0762-393	0752-393

オプション／DBS用

※受注発注商品

	部位		タイプ	キャップ取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
								左	右	左	右
	U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	14°	-	-	1812-404	1822-404
	U6	上顎第1大臼歯	シングル	可能	-9°	0°	10°	1811-320 ※	1821-320 ※	1812-320	1822-320
	U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	0°	-	-	1662-397 ※	1652-397 ※
	U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	-9°	0°	10°	1661-311 ※	1651-311 ※	1662-311	1652-311
	L6	下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	2°	0°	1721-320 ※	1711-320 ※	1722-320 ※	1712-320 ※
	L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	2°	0°	1761-393 ※	1751-393 ※	1762-393	1752-393

※受注発注商品

◇デイモン クリア／デイモン クリア2（歯列矯正用アタッチメント）

DAMON CLEAR　DAMON CLEAR2

管理医療機器 医療機器認証番号 224ADBZX00224000
管理医療機器 医療機器認証番号 226ADBZX00127000


デイモン クリア



デイモン クリア　デイモン クリア2	包装
	各10入


（社内処理コード：デイモン クリア K952 ／デイモン クリア2 K962）

デイモン クリア ブラケットの識別

5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

① 審美性
スロット部分まですべてセラミックでできたパッシブセルフライゲーションブラケットです。

② 素早く容易なワイヤー交換
スピンテックスライドシステムの採用により、素早くワイヤーの交換や調節を行えます。



デイモンクリア2は、デイモンクリアよりも優れたローテーションコントロール性能※1を備えた、100%クリアのセルフライゲーションブラケットです。
※従来のデイモン クリアとの比較、社内資料

③ 優れた耐久性
4方の堅い壁が、効果的なトルクコントロールとローテーションコントロールを可能にします。



④ 快適なフィット感
滑らかで丸みを帯びていますので快適です。
カスタムベースにより、ボンディング強度の信頼性がより高まりました。

部　位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U1	上顎中切歯	無し	15°	5°	0°	497-6561	497-6560
U2	上顎側切歯	無し	6°	9°	0°	497-6571	497-6570
U3	上顎犬歯	無し	7°	5°	0°	497-6581	497-6580
U3	上顎犬歯	付き	7°	5°	0°	497-7581	497-7580
U4&5	上顎小臼歯	無し	-11°	2°	0°	497-6491	497-6490
U4&5	上顎小臼歯	付き	-11°	2°	0°	497-7491	497-7490
L1	下顎中切歯	無し	-3°	2°	0°	497-6411	497-6410
L2	下顎側切歯	無し	-3°	4°	0°	497-6421	497-6420
L3	下顎犬歯	無し	7°	5°	0°	497-6431	497-6430

※デイモンクリア2は上顎3-3のみになります。

オプション

部　位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U1	上顎中切歯　(Highトルク)	無し	22°	5°	0°	497-6567	497-6566
U1	上顎中切歯　(Lowトルク)	無し	2°	5°	0°	497-6563	497-6562
U2	上顎側切歯　(Highトルク)	無し	13°	9°	0°	497-6575	497-6574
U2	上顎側切歯　(Lowトルク)	無し	-5°	9°	0°	497-6573	497-6572
U3	上顎犬歯　(Highトルク)	付き	11°	5°	0°	497-7585	497-7584

1症例キット

1症例キット内容			包装	製品番号
デイモンQ	上下顎5-5	(フック無し)	1PK/20入	K942 7401400
デイモンQ	上下顎5-5（上顎2-2 Lowトルク）	(フック無し)	1PK/20入	K942 7401401
デイモンQ	上下顎5-5（上顎3-3 Highトルク 下顎2-2 Lowトルク）	(フック無し)	1PK/20入	K942 7401402
デイモンキット	上下顎5-5（上顎3-3 デイモンクリア2/下顎3-3デイモンクリア/上下顎45デイモンQ）	(上顎犬歯フック付き)	1PK/20入	K944 7401407
デイモンキット	上下顎5-5（上顎3-3 デイモンクリア2/上顎45、下顎3-3デイモンクリア/下顎45デイモンQ）	(上顎犬歯フック付き)	1PK/20入	K944 7401408


◇デイモンクリア ディボンディングプライヤー（歯列矯正用プライヤ）

一般医療機器 医療機器届出番号
13B1X00014001048



デイモンクリア ディボンディングプライヤー	商品番号	包装
	866-4019	1入

（社内処理コード：K910）



- プライヤーのウエッジを咬合面側に配置し、両先端をブラケットタイウィングのくぼみに配置します。
- さらにプライヤーを握り、ウエッジが歯面に接触することでブラケットが歯からはがれます。
- 安全にディボンディングするために専用のディボンディングプライヤーをお使い下さい。

◇スピンテック オープニング インスツルメント（歯科矯正用結さつ器）

※デイモン クリア、デイモン クリア2、デイモンQ、デイモンQ2と共用。

一般医療機器 医療機器届出番号
13B1X00014001047



スピンテック オープニング インスツルメント	商品番号	包装
	866-4014	1入

（社内処理コード：K910）



スピンテック スライドシステム
スライドの裏側のエッジまで面取りされているので治療期間を通していつでも開閉とワイヤーの交換が容易に行えます。

素早く容易なワイヤー交換が可能です。
- スピンテックのスライドは、専用のインスツルメントを使って90°回転させるだけで開けることができます。
- ひねった力が歯牙ではなくブラケットにかかりますので、患者さまに不快感を与えることなくワイヤー交換ができます。
- 従来のデイモン3、3MXブラケットでは、スライドを開けるとき、一方向に大きな力がかかりましたが、このシステムの採用により反対方向に力を分散させるので歯石が付いていたとしても、歯牙にかかる力はほとんどありません。

開け方
- スライドを開ける時は、スピンテックオープニングインスツルメントを上部の穴に差し込み、90°回転させてください。



◇デイモンQ／デイモンQ2（歯列矯正用アタッチメント）

DAMON Q　DAMON Q2

管理医療機器 医療機器認証番号 221ADBZX00033000
管理医療機器 医療機器認証番号 230ADBZX00071000


デイモンQ



デイモンQ　デイモンQ2	包装
	10入

（社内処理コード：デイモンQ2 K972 ／デイモンQ K942）


デイモンQ ブラケットの識別

5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

IDドットはブラケットの表面・歯肉側遠心にカラーでマーキングされています。
●ロートルク　●スタンダードトルク　●スーパートルク

- デイモンQ2は第8世代のデイモンシステムブラケットです。
十分な広さのタイウィングエリア、ローテーションコントロール向上により、シンプルなメカニクスで様々な症例の効率的な治療を実現します。

※デイモンQ2は、デイモンQのスロット精度を上げ、トルクコントロール性能を向上させたものです。


デイモンQ　デイモンQ2

快適性の向上
- 低いプロファイルとスリム化、滑らかに面取りされたブラケットは、患者様の快適性を向上します。



ポジショニングゲージ
- 上下3-3のみに装着されています。
それぞれのポジショニングゲージはトルクによって色分けされています。

デイモンQ2


部　位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U1	上顎中切歯	無し	12°	5°	0°	491-8861	491-8860
U2	上顎側切歯	無し	8°	9°	0°	491-8871	491-8870
U3	上顎犬歯	無し	7°	5°	0°	491-8881	491-8880
U3	上顎犬歯	付き	7°	5°	0°	491-9881	491-9880
U4&5	上顎小臼歯	無し	-11°	2°	0°	491-8891	491-8890
U4&5	上顎小臼歯	付き	-11°	2°	0°	491-9891	491-9890
L1	下顎中切歯	無し	-3°	2°	0°	491-8811	491-8810
L2	下顎側切歯	無し	-3°	4°	0°	491-8821	491-8820
L3	下顎犬歯	無し	7°	5°	0°	491-8831	491-8830
L3	下顎犬歯	付き	7°	5°	0°	491-9831	491-9830
L4	下顎第1小臼歯	無し	-12°	4°	0°	491-8841	491-8840
L4	下顎第1小臼歯	付き	-12°	4°	0°	491-9841	491-9840
L5	下顎第2小臼歯	無し	-17°	4°	0°	491-8851	491-8850
L5	下顎第2小臼歯	付き	-17°	4°	0°	491-9851	491-9850

デイモンQ

部　位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.022 スロット 左	.022 スロット 右
U1	上顎中切歯	無し	15°	5°	0°	491-6461	491-6460
U2	上顎側切歯	無し	6°	9°	0°	491-6471	491-6470
U3	上顎犬歯	無し	7°	5°	0°	491-6481	491-6480
U3	上顎犬歯	付き	7°	5°	0°	491-7681	491-7680
U4&5	上顎小臼歯	無し	-11°	2°	0°	491-6491	491-6490
U4&5	上顎小臼歯	付き	-11°	2°	0°	491-7691	491-7690
L1	下顎中切歯	無し	-3°	2°	0°	491-6411	491-6410
L2	下顎側切歯	無し	-3°	4°	0°	491-6421	491-6420
L3	下顎犬歯	無し	7°	5°	0°	491-6431	491-6430
L3	下顎犬歯	付き	7°	5°	0°	491-7631	491-7630
L4	下顎第1小臼歯	無し	-12°	4°	0°	491-6441	491-6440
L4	下顎第1小臼歯	付き	-12°	4°	0°	491-7641	491-7640
L5	下顎第2小臼歯	無し	-17°	4°	0°	491-6451	491-6450
L5	下顎第2小臼歯	付き	-17°	4°	0°	491-7651	491-7650

◇ドロップインフック（歯列矯正用アタッチメント）

管理医療機器 医療機器認証番号
221ADBZX00033000




ドロップインフック	商品番号	包装
	242-0114	30入

（社内処理コード：K910）

①フックの印を唇頬側にしてブラケットの歯肉側からバーティカルスロットに差し込みます。
②フックを差し込んだ状態でインスツルメントを用いてフックの飛び出している部分を近心に曲げブラケットボディに沿わせて固定します。
※デイモンQ、デイモンQ2専用。

◇スピンテックオープニング クロージングインスツルメント（歯科矯正用結さつ器）


一般医療機器 医療機器届出番号
27B1X00149204100



スピンテックオープニング クロージングインスツルメント	商品番号	包装
	866-4016	1入

（社内処理コード：K910）

スピンテックオープニング/クロージングインスツルメントはスピンテックスライドシステムを採用したブラケットとチューブ用の専用インスツルメントです。
片方がオープニングツール、もう一端がクロージングツールになっているため、一本で開閉ができます。
※デイモンクリア、デイモンクリア2、デイモンQ、デイモンQ2と共用。


オープニングツール

- スライドを開ける時は、スピンテックオープニング・クロージングインスツルメント上部の穴に差し込み、90°回転させてください。


クロージングツール

- スライドを閉じる時は、ブラケットの両側にスピンテックオープニング・クロージングインスツルメントの一方を置き、もう一方で優しくスライドを押し上げます。

◇バンド（歯科矯正用帯環）

管理医療機器 医療機器認証番号 21600BZY00120000



近心面にサイズと部位がレーザーマーキング

バンド	単品／包装	キット／包装
	10入	100入

（社内処理コード：単品 N001 ／キット N002）

●歯牙の解剖学的形態（頬側咬頭の溝、舌側咬頭の豊隆）にあわせたバンドデザインです。
●適度な伸び、硬さを兼ね備えたバンドです。
●バンドの内面にマイクロエッチング加工を施しセメント合着時のリテンション力を向上させています。

バンド装着例


咬合面

単品

単品		商品番号	部　位	サイズ
	U6L	06001 ～ 06032	上顎第1大臼歯左側	1 ～ 32（32種類） ※1
	U6R	06101 ～ 06132	上顎第1大臼歯右側	1 ～ 32（32種類） ※1
	L6L	16001 ～ 16032	下顎第1大臼歯左側	1 ～ 32（32種類） ※1
	L6R	16101 ～ 16132	下顎第1大臼歯右側	1 ～ 32（32種類） ※1
	U7L	07001 ～ 07032	上顎第2大臼歯左側	1 ～ 32（32種類） ※2
	U7R	07101 ～ 07132	上顎第2大臼歯右側	1 ～ 32（32種類） ※2
	L7L	17001 ～ 17032	下顎第2大臼歯左側	1 ～ 32（32種類） ※2
	L7R	17101 ～ 17132	下顎第2大臼歯右側	1 ～ 32（32種類） ※2

※1 受注発注：サイズ1～9、31～32　※2 受注発注

スターターキット

キット		商品番号	部　位	内　容　量	
 スターターキット（バンド専用ケース付）	U6	SU6	U6L 上顎第1大臼歯左側 U6R 上顎第1大臼歯右側	10 ～ 17、26 ～ 30 各2、18 ～ 25 各3 10 ～ 17、26 ～ 30 各2、18 ～ 25 各3	左右　合計100入
	L6	SL6	L6L 下顎第1大臼歯左側 L6R 下顎第1大臼歯右側	10 ～ 17、26 ～ 30 各2、18 ～ 25 各3 10 ～ 17、26 ～ 30 各2、18 ～ 25 各3	左右　合計100入
	U7 ※	SU7	U7L 上顎第2大臼歯左側 U7R 上顎第2大臼歯右側	10 ～ 17、26 ～ 30 各2、18 ～ 25 各3 10 ～ 17、26 ～ 30 各2、18 ～ 25 各3	左右　合計100入
	L7 ※	SL7	L7L 下顎第2大臼歯左側 L7R 下顎第2大臼歯右側	10 ～ 17、26 ～ 30 各2、18 ～ 25 各3 10 ～ 17、26 ～ 30 各2、18 ～ 25 各3	左右　合計100入
	バンドキットボックス（バンド専用ケース）		商品番号　771-5008 ※	包装　1個	

※受注発注商品　※バンドの合着用セメントはオパールバンドセメント（P44）をお勧めしております。

◇リンガルアタッチメント（歯列矯正用アタッチメント）

管理医療機器 医療機器認証番号 15300BZY01771000




リンガルクリート（バンド用）	商品番号	包装
	083-210	100入

（社内処理コード：S901）

●バンドの舌側（リンガル）に溶接して使用します。

◇リンガル シース（歯列矯正用アタッチメント）

管理医療機器 医療機器認証番号 15300BZY00807000



リンガル シース（バンド用）（スロット：.036インチ）	フック	商品番号	包装
	付き	089-110	25入

（社内処理コード：S901）

●バンドの舌側（リンガル）に溶接して使用します。（フック付き）

◇マイウェルダー「KTH-MWDX」（歯科技工用溶接ろう付器）

一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X10190000001




写真	商品名	商品番号
1	マイウェルダー「KTH-MWDX」本体	SW200
2	フットスイッチ	SW101
3	ハンディーピンセット	SW102
4	交換用電極（上下セット）	SW103
5	窓付きプレート	SW202 ※

※受注発注商品　（社内処理コード：S800）

溶接・仮着に機能を集中し、操作性と溶接性能を低価格にて実現したスポットウェルダーです。歯科技工物や矯正装置などの作成に便利な器具です。多くのご意見を参考にし使いやすさを追求しました。

●溶接能力／溶接ヘッド …… 垂直方向に開閉する電極／安定した構造で安全に確実な溶接を実現
●操作性能／加工スイッチ …… 小指で押せる軽さでワイドなバータイプ
材料を保持したままスイッチングが容易にできる構造を実現
●操作性能／セットプレート …… 広くオープンな空間／軽く押し下げる操作で下電極を開閉
テーブルと下電極の動きを連動させることで作業性と溶接性の両立を実現

仕様／使用電源 …… AC100V 50 ／ 60Hz
外形寸法 …… W154 × D255 × H147mm
質　　量 …… 4.5kg

◇レベリング クリアアタッチメント（歯列矯正用アタッチメント）

管理医療機器 医療機器認証番号 226AFBZX00119000



レベリング クリアアタッチメント	商品番号	包装
	LCA	20入

（社内処理コード：K601）


●各部寸法　縦……約2.2ミリ（ヘッド約1.6ミリ）
横……約2.4ミリ（ヘッド約2.4ミリ）
高さ……約2.0ミリ

スロットを備えた 新しい アタッチメント！



- リンガルボタンとして使える！
- 透明で目立たない！
- 角ワイヤーが挿入できる！（.018×.025スロット）
- チェーンで牽引できる！
- 光重合ボンディング材で接着できる！


レベリングに使用
（ホワイトワイヤー併用）


.018× .025
レクタンギュラー
スロット
●ワイヤーを挿入できます。


メカニカル
ベース
●ボンディング材の機械的な嵌合を助けます。


牽引可能な
ヘッド形状
●エラスティックチェーンを引っ掛けるのに適しています。

使用例


金属アレルギー症例でのクリアチューブとして使用
写真提供：菅 藏人先生（すが矯正歯科クリニック）


リガチャーワイヤーで牽引


リンガルボタンとして使用


ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

歯列矯正用審美ワイヤー

オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイト

審美性と耐久性に優れたホワイトワイヤー







特長

- 全面コーティングによる優れた審美性
- 均一な膜圧制御が可能な独自コーティング技術
- 高い機械的特性と耐酸性を有するPEN※樹脂をコーティング層に採用

※PEN：ポリエチレンナフタレート（エンジニアリングプラスティック）

◇オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 ホワイト（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00037000
（社内処理コード：PDW1）

◆イニシャルワイヤーにも適した超弾性の特性を持つワイヤー

- 弱く持続的な力を発現します。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。





形　状	サイズ	【上顎】品番	【下顎】品番	包装
ラウンド	.012	W130120	W140120	10入
	.014	W130140	W140140	
	.016	W130160	W140160	
	.018	W130180	W140180	

形　状	サイズ	【上顎】品番	【下顎】品番	包装
レクタンギュラー	.016×.016	W131616	W141616	10入
	.016×.022	W131622	W141622	
	.017×.022	W131722	W141722	
	.017×.025	W131725	W141725	
	.018×.018	W131818	W141818	
	.018×.025	W131825	W141825	
	.019×.025	W131925	W141925	


◇オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール ホワイト（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00038000
（社内処理コード：PAW1）

◆より良いフィニッシングに適した、高い剛性を持つワイヤー

- 高い剛性を持ち、滑らかな表面性状のワイヤーです。
- 熱処理済みのため高い剛性を持っており、スライディングメカニクス、フィニッシングにご使用いただけます。





形　状	サイズ	【上顎】品番	【下顎】品番	包装
ラウンド	.016	Y130160	Y140160	10入
	.018	Y130180	Y140180	

形　状	サイズ	【上顎】品番	【下顎】品番	包装
レクタンギュラー	.016×.016	Y131616	Y141616	10入
	.016×.022	Y131622	Y141622	
	.017×.022	Y131722	Y141722	
	.017×.025	Y131725	Y141725	
	.018×.018	Y131818	Y141818	
	.018×.025	Y131825	Y141825	
	.019×.025	Y131925	Y141925	

※「オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイト」は、センターマークはございません。

1. 高い耐久性で、白さ長持ち

粘り強いPEN樹脂の特性により、コーティング層がはがれにくく、白さが長持ちします。

Ti-Ni SE200






歯ブラシ摩耗試験機にて、ワイヤーを荷重250gで20,000回ブラッシング後、その表面を観察。（自社独自試験）

オーソラインアーチワイヤーⅡ　ホワイトは、ブラッシング前後でコーティング層がほとんど摩耗しないことが確認できます。


2. 全面コーティング&薄く均一なコーティング層

コーティング層が薄く均一であるため、ワイヤーの特性に影響を与えません。


Ti-Ni SE200




断面イメージ図



ステンレススチール



断面イメージ図




デジタルマイクロスコープによるワイヤー断面画像（×300）

※膜厚は、唇側、舌側のコーティング層を足した厚みです。
※オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイトは、唇側面のコーティング層が舌側面よりも厚く設計されています。


3. 滑らかな表面性状

凹凸のない滑らかな表面性状であるため、ワイヤーの滑りを損ないません。





Ni-Ti



ステンレススチール




レーザー顕微鏡にてワイヤーの表面性状を観察。（自社独自実験）

オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイトは、弊社従来品と比較してワイヤー表面が平滑であることが確認できます。

4. 優れた耐着色性

耐酸性が高いPEN樹脂の特性により、優れた耐着色性を有します。



着色の原因となる飲料（紅茶、コーヒー、赤ワイン）に40℃で24時間浸漬後、ワイヤーの色調を観察。（自社独自試験）

オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイトは、浸漬前後でほとんど着色がないことが確認できます。

ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤーシリーズの特長

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

01 様々な材質のワイヤーをラインナップ

種　類	品　目
ホワイトワイヤー	Ti-Ni SE200 ステンレススチール
Ti-Ni	Ti-Ni Ti-Ni SE200 Ti-Ni ウルトラサーモ Ti-Ni RCS リンガルワイヤー トルクドワイヤー
ステンレススチール	ステンレススチール (Sアーチ／ロングタイプ／ストレート)
ブレイデッドワイヤー	マルチストランド (Sアーチ／ロングタイプ／ストレート)
ベータチタン	ベータⅢ

02 弾性力の異なる3つのTi-Niをご用意

柔 → 硬



Ti−Ni ウルトラサーモ
3種類のTi-Niワイヤーの中で
最も力の弱いワイヤーです。





Ti−Ni SE200
3種類のTi-Niワイヤーで
中間の力のワイヤーです。



Ti−Ni
3種類のTi-Niワイヤーの中で
最も力の強いワイヤーです。

03 各種アーチフォームイメージ





ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni SE200(歯列矯正用ワイヤ)

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器承認番号 21600BZY00012000


オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni SE200

オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni SE200
(社内処理コード:PD01)

- 3種類のTi-Niワイヤーで中間の力のワイヤーです。
- 弱く持続的な力を発現します。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。

「オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni SE200」は在庫限りの販売になります。在庫が無くなり次第、順次「オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200」に移行になり、商品番号が灰色の品目は、2024年5月現在、既に販売終了になっている品目です。
「オーソラインアーチワイヤーⅡ」は薬機法の改正に対応したものであり、「オーソラインアーチワイヤー」と製品の仕様に変更はございません。

装着例(センターマーク／ディンプル)



ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.012	.014	.016	.018	.020	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	P130120	P130140	P130160	P130180	P130200	10入
		下顎	P140120	P140140	P140160	P140180	P140200	
	ディンプル	上顎	P530120	P530140	P530160	P530180	P530200	10入
		下顎	P540120	P540140	P540160	P540180	P540200	

Sアーチフォーム



レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017X.025	.018X.018	.018X.025	.019X.025	.020X.020	.021X.025	.022X.028	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	P131616	P131622	P131725	P131818	P131825	P131925	P132020	P132125	P132228	10入
		下顎	P141616	P141622	P141725	P141818	P141825	P141925	P142020	P142125	P142228	
	ディンプル	上顎	P531616	P531622	P531725	P531818	P531825	P531925	P532020	P532125	P532228	10入
		下顎	P541616	P541622	P541725	P541818	P541825	P541925	P542020	P542125	P542228	

◇オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200(歯列矯正用ワイヤ)

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00060000


オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200

オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200
(社内処理コード:PD02)

- 3種類のTi-Niワイヤーで中間の力のワイヤーです。
- 弱く持続的な力を発現します。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。

装着例(センターマーク／ディンプル)

ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.012	.013	.014	.016	.018	.020	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	P130120	P130130	P130140	P130160	P130180	P130200	10入
		下顎	P140120	P140130	P140140	P140160	P140180	P140200	
	ディンプル	上顎	P530120	P530130	P530140	P530160	P530180	P530200	10入
		下顎	P540120	P540130	P540140	P540160	P540180	P540200	

Sアーチフォーム



レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.014X.025	.016X.016	.016X.022	.016X.025	.017X.022	.017X.025	.018X.018	.018X.025	.019X.025	.020X.020	.021X.025	.022X.028	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	P131425	P131616	P131622	P131625	P131722	P131725	P131818	P131825	P131925	P132020	P132125	P132228	10入
		下顎	P141425	P141616	P141622	P141625	P141722	P141725	P141818	P141825	P141925	P142020	P142125	P142228	
	ディンプル	上顎	P531425	P531616	P531622	P531625	―	P531725	P531818	P531825	P531925	P532020	P532125	P532228	10入
		下顎	P541425	P541616	P541622	P541625	―	P541725	P541818	P541825	P541925	P542020	P542125	P542228	

ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni SE200(歯列矯正用ワイヤ)

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器承認番号 21600BZY00012000


オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni RCS

オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni RCS
(社内処理コード:PC01)

- あらかじめリバースカーブが付与されています。
- Ti-Niの持続的な力は、スピーカーブを補正し、初期のバイトオープニング、レベリング、アライニング等に適しています。


オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni RCS

ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016	.018	包装
RCS	ディンプル	上顎	N730160	N730180	10入
		下顎	N740160	N740180	

レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.022	.017X.025	.018X.025	.019X.025	包装
RCS	ディンプル	上顎	N731622	N731725	-	N731925	10入
		下顎	N741622	N741725	N741825	N741925	

ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni ウルトラサーモ（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00233000

※Ti-Ni MART35の後継品です。



オーソラインアーチワイヤー
Ti-Ni ウルトラサーモ

オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni ウルトラサーモ

（社内処理コード：PK01）

- 3種類のTi-Niワイヤーの中で最も力の弱いワイヤーです。
- 常温でやわらかいため、重度の叢生症例にも容易にワイヤー装着、結さつが可能です。
- おだやかな力で歯牙移動が可能で、治療初期の段階からレクタンギュラーワイヤーを使用しトルクコントロールが可能です。
- 永久変形しにくい特性を持っています。

装着例（センターマーク／ディンプル）






ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.012	.014	.016	.018	.020	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	U130120	U130140	U130160	U130180	U130200	10入
		下顎	U140120	U140140	U140160	U140180	U140200	
	ディンプル	上顎	U530120	U530140	U530160	U530180	U530200	10入
		下顎	U540120	U540140	U540160	U540180	U540200	

Sアーチフォーム



レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.014X.025	.016X.016	.016X.022	.016X.025	.017X.025	.018X.018	.018X.025	.019X.025	.020X.020	.021X.025	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	U131425	U131616	U131622	U131625	U131725	U131818	U131825	U131925	U132020	U132125	10入
		下顎	U141425	U141616	U141622	U141625	U141725	U141818	U141825	U141925	U142020	U142125	
	ディンプル	上顎	U531425	U531616	U531622	U531625	U531725	U531818	U531825	U531925	U532020	U532125	10入
		下顎	U541425	U541616	U541622	U541625	U541725	U541818	U541825	U541925	U542020	U542125	

ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤー ステンレススチール（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器承認番号 21500BZY00387000



オーソラインアーチワイヤー
ステンレススチール


オーソラインアーチワイヤー ステンレススチール

（社内処理コード：PA01）

- 高い剛性を持ち、滑らかな表面性状のワイヤーです。
- Sアーチは熱処理済みのため高い剛性を持っており、スライディングメカニクス、フィニッシングにご使用いただけます。

「オーソラインアーチワイヤー ステンレススチール」は在庫限りの販売になります。
在庫が無くなり次第、順次「オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール」に移行になります。
「オーソラインアーチワイヤーⅡ」は薬機法の改正に対応したものであり、「オーソラインアーチワイヤー」と製品の仕様に変更はございません。

Sアーチフォーム





オーソラインアーチワイヤー ステンレススチール ストレート

ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.014	.016	.018	.020	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	L130140	L130160	L130180	L130200	20入
		下顎	L140140	L140160	L140180	L140200	

レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017×.022	.017X.025	.018X.018	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	L131616	L131622	L131722	L131725	L131818	L131825	L131925	L132125	10入
		下顎	L141616	L141622	L141722	L141725	L141818	L141825	L141925	L142125	

ラウンド

※ .012は在庫無くなり次第販売終了となります。

フォーム	.012	.014	.016	.018	.020 (0.5mm)	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	L900120	L900140	L900160	L900180	L900200	40入

ラウンド（技工用）

.032 (0.8mm)	.036 (0.9mm)	包装
L900320	L900360	25入

レクタンギュラー

フォーム	.016X.016	.016X.022	.017X.022	.017X.025	.018X.018	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	L901616	L901622	L901722	L901725	L901818	L901825	L901925	L902125	10入

ラウンド（ロングタイプ）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.014	.016	.018	.020	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	L150140	L150160	L150180	L150200	20入
		下顎	L160140	L160160	L160180	L160200	



レクタンギュラー（ロングタイプ）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017×.025	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	L151616	L151622	L151725	L151825	L151925	L152125	10入
		下顎	L161616	L161622	L161725	L161825	L161925	L162125	

●「ロングタイプ」は通常のSアーチよりも遠心端が長くなっております。シビアな前突ケースなどアーチが大きな症例への使用や、クロージングループやオメガループなどのベンドが可能です。
●熱処理済みのため高い剛性を持っており、スライディングメカニクス、フィニッシングにご使用いただけます。

ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器承認番号 21500BZY00556000



オーソラインアーチワイヤー
Ti-Ni

オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni

（社内処理コード：PC01）

- 3種類のTi-Niワイヤーの中で最も力の強いワイヤーです。
- 他のTi-Niワイヤーに比べてベンドしやすいのが特徴です。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。

装着例（センターマーク／ディンプル）



Sアーチフォーム



ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.012	.014	.016	.018	.020	包装
Sアーチ	ディンプル	上顎	N530120	N530140	N530160	N530180	N530200	10入
		下顎	N540120	N540140	N540160	N540180	N540200	

レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017X.025	.018X.025	.019X.025	.021X.025	.022X.028	包装
Sアーチ	ディンプル	上顎	N531616	N531622	N531725	N531825	N531925	N532125	-	10入
		下顎	N541616	N541622	N541725	N541825	N541925	N542125	N542228	

ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00022000



オーソラインアーチワイヤーⅡ
ステンレススチール

オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール

（社内処理コード：PA02）

- 高い剛性を持ち、滑らかな表面性状のワイヤーです。
- Sアーチは熱処理済みのため高い剛性を持っており、スライディングメカニクス、フィニッシングにご使用いただけます。

Sアーチフォーム





オーソラインアーチワイヤー ステンレススチール ストレート

ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.014	.016	.018	.020	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	L130140	L130160	L130180	L130200	20入
		下顎	L140140	L140160	L140180	L140200	

レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017×.022	.017X.025	.018X.018	.018X.022	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	L131616	L131622	L131722	L131725	L131818	L131822	L131825	L131925	L132125	10入
		下顎	L141616	L141622	L141722	L141725	L141818	L141822	L141825	L141925	L142125	

ラウンド

フォーム	.014	.016	.018	.020 (0.5mm)	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	L900140	L900160	L900180	L900200	25入

ラウンド（技工用）

.024 (0.6mm)	.028 (0.71mm)	.032 (0.8mm)	.036 (0.9mm)	包装
L900240	L900280	L900320	L900360	25入

レクタンギュラー

フォーム	.016X.016	.016X.022	.016X.024	.017X.022	.017X.025	.018X.018	.018X.025	.019X.025	.020X.020	.021X.025	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	L901616	L901622	L901624	L901722	L901725	L901818	L901825	L901925	L902020	L902125	10入

ラウンド（ロングタイプ）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.014	.016	.018	.020	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	L150140	L150160	L150180	L150200	20入
		下顎	L160140	L160160	L160180	L160200	



レクタンギュラー（ロングタイプ）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017×.025	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
Sアーチ	エッチング	上顎	L151616	L151622	L151725	L151825	L151925	L152125	10入
		下顎	L161616	L161622	L161725	L161825	L161925	L162125	

●「ロングタイプ」は通常のSアーチよりも遠心端が長くなっております。シビアな前突ケースなどアーチが大きな症例への使用や、クロージングループやオメガループなどのベンドが可能です。
●熱処理済みのため高い剛性を持っており、スライディングメカニクス、フィニッシングにご使用いただけます。

ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤー マルチストランド（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器承認番号 21500BZY00471000



オーソラインアーチワイヤー
マルチストランド

オーソラインアーチワイヤー マルチストランド

（社内処理コード：PB01）

- 柔らかく、治療の初期段階のイニシャルワイヤーや、リンガルリテーナー用のワイヤーとして使用できます。
- ラウンドはコアとなるシングルストランドの周りを5本のステンレススチールワイヤーで巻き合わせてつくられています。
- レクタンギュラーは8本のステンレススチールワイヤーを編み上げて作られています。
※ラウンドについては臼歯部の幅が若干細めのアーチフォームとなります。



オーソラインアーチワイヤー
マルチストランド ラウンド



オーソラインアーチワイヤー
マルチストランド レクタンギュラー





オーソラインアーチワイヤー
マルチストランド ストレート

ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.0155	.0175	.0195	包装
Sアーチ 上顎 下顎	エッチング	上顎	M130155	M130175	M130195	10入
		下顎	M140155	M140175	M140195	

レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.022	.017X.025	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
Sアーチ 上顎 下顎	エッチング	上顎	M131622	M131725	M131825	M131925	M132125	10入
		下顎	M141622	M141725	M141825	M141925	M142125	

ラウンド

フォーム	.0155	.0175	.0195	.0215	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	M900155	M900175	M900195	M900215	10入

レクタンギュラー

フォーム	.016X.016	.016X.022	.017X.025	.018X.025	.019X.025	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	M901616	M901622	M901725	M901825	M901925	10入

◇オーソラインアーチワイヤー ベータⅢ（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器承認番号 21500BZY00361000



オーソラインアーチワイヤー
ベータⅢ

オーソラインアーチワイヤー ベータⅢ

（社内処理コード：PG01）

- **適度な剛性**
ステンレススチールと比べ、おだやかな力でトルクコントロールが可能。
- **ベンディング可能**
二次的に容易に形態付与がし易いチタンモリブデン合金。優れた形成性を持ちます。
- **高いスプリングバック特性としなやかさ**
高いスプリングバック特性はベンディング後も失われません。
- **ニッケルフリー**
組成にニッケルを含んでいませんので、ニッケルアレルギーの患者さまにもご使用いただけます。
- **長いアーチフォーム**
通常のSアーチよりも遠心端が長くなっており、オメガループなどのベンドが可能です。

Sアーチフォーム



ラウンド

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016	.018	包装
Sアーチ 上顎 下顎	エッチング	上顎	S130160	S130180	10入
		下顎	S140160	S140180	

レクタンギュラー

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.022	.017X.025	.018X.018	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
Sアーチ 上顎 下顎	エッチング	上顎	S131622	S131725	S131818	S131825	S131925	S132125	10入
		下顎	S141622	S141725	S141818	S141825	S141925	S142125	

ラウンド

フォーム	.016	.018	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	S900160	S900180	10入

ラウンド（技工用）

フォーム	.027 (0.7mm)	.032 (0.8mm)	.036 (0.9mm)	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	S900270	S900320	S900360	10入

レクタンギュラー

フォーム	.016X.022	.017X.025	.018X.018	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
ストレート／14インチ（約35cm）	S901622	S901725	S901818	S901825	S901925	S902125	10入



オーソラインアーチワイヤー
ベータⅢ ストレート

ORTHOLINE 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00060000



リンガルタイプ

オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 リンガル


（社内処理コード：PD02）

- スタンダードリンガル
アーチブランクのリンガル用ワイヤーです。
サイズは4種類からご選択いただけます。
- プリフォームドリンガル
インセットベンドの入ったリンガル用ワイヤーです。
サイズは3種類、上顎用・下顎用からご選択いただけます。

アーチフォーム（イメージ）



アーチフォーム（イメージ）



スタンダードリンガル

フォーム	サイズ	.010	.012	.014	.016	.016X.022	.017X.017	包装
	S	SL10100	SL10120	SL10140	SL10160	SL11622	SL11717	10入
	M	SL20100	SL20120	SL20140	SL20160	SL21622	SL21717	
	L	SL30100	SL30120	SL30140	SL30160	SL31622	SL31717	
	XL	SL40100	SL40120	SL40140	SL40160	SL41622	SL41717	

プリフォームドリンガル

フォーム	部位	サイズ	.010	.013	.016	部位	サイズ	.010	.013	.016	包装
	上顎	S	PL11010	PL11013	PL11016	下顎	S	PL12010	PL12013	PL12016	10入
		M	PL21010	PL21013	PL21016		M	PL22010	PL22013	PL22016	
		L	PL31010	PL31013	PL31016		L	PL32010	PL32013	PL32016	



トルクドタイプ

オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 トルクド

（社内処理コード：PD02）

- あらかじめ前歯部に20°のトルクが組み込まれており、前突の強い症例、Ⅱ級2類症例などに適したワイヤーです。
2－2の幅に応じて3種類からご選択いただけます。





フォーム	センターマーク	トルク部の長さ	.016X.022	.016X.025	.017X.025	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
トルク位置		28mm	T162228	-	T172528	T182528	T192528	T212528	10入
		34mm	T162234	T162534	T172534	T182534	T192534	T212534	
		38mm	T162238	T162538	T172538	T182538	T192538	T212538	

◇オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール（歯列矯正用ワイヤ）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER


管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00022000



キーホール ループ ワイヤー レクタンギュラー

（社内処理コード：PA02）


- ループメカニクスによるスペースクローズなどにご使用いただけます。
- ループワイヤーには熱処理をしておりません。



2ループ キーホールループ

フォーム	センターマーク	ループ間	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm	包装
Sアーチ .016×.022	無し	上顎	2L1634	2L1636	2L1638	2L1640	2L1642	2L1644	10入
		ループ間	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm	
		下顎	2L1622	2L1624	2L1626	2L1628	2L1630	2L1632	

フォーム	センターマーク	ループ間	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm	包装
Sアーチ .019×.025	無し	上顎	2L1934	2L1936	2L1938	2L1940	2L1942	2L1944	10入
		ループ間	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm	
		下顎	2L1922	2L1924	2L1926	2L1928	2L1930	2L1932	



4ループ ダブルキーホールループ（DKL）

フォーム	センターマーク	ループ間	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm	包装
Sアーチ .016×.022	無し	上顎	4L1634	4L1636	4L1638	4L1640	4L1642	4L1644	10入
		ループ間	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm	
		下顎	4L1622	4L1624	4L1626	4L1628	4L1630	4L1632	

フォーム	センターマーク	ループ間	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm	包装
Sアーチ .019×.025	無し	上顎	4L1934	4L1936	4L1938	4L1940	4L1942	4L1944	10入
		ループ間	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm	
		下顎	4L1922	4L1924	4L1926	4L1928	4L1930	4L1932	

◇アライン XF アーチワイヤー（歯列矯正用弧線）

※アラインXF アーチワイヤーはニッケルチタンのワイヤーです。

管理医療機器 医療機器認証番号 224ADBZX00256000


アライン XF アーチワイヤー


ペイシェントパック

アライン XF アーチワイヤー

ラウンド

（社内処理コード：P203）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.012	.014	.016	.018	包装
トゥルーアーチ（ミディアム）	エッチング	上顎	227-3286	227-3365	227-3369	227-3582	10入
		下顎	227-3207	227-3209	227-3211	227-3213	

レクタンギュラー

（社内処理コード：P204）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017X.025	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
トゥルーアーチ（ミディアム）	エッチング	上顎	227-3290	227-3294	227-3298	227-3306	227-3310	227-3318	10入
		下顎	227-3227	227-3229	227-3231	227-3236	227-3238	227-3242	

ディンプル付きタイプは在庫限りの販売になります。商品番号が灰色の品目は、2023年3月現在、既に販売終了になっている品目です

ラウンド

（社内処理コード：P203）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.012	.014	.016	.018	包装
トゥルーアーチ（ミディアム）	ディンプル	上顎	291-210	291-211	291-212	291-213	10入
		下顎	-	292-211	292-212	292-213	

レクタンギュラー

（社内処理コード：P204）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017X.025	.018X.025	.019X.025	.021X.025	包装
トゥルーアーチ（ミディアム）	ディンプル	上顎	293-215	293-216	293-217	293-218	293-219	293-220	10入
		下顎	294-215	294-216	294-217	294-218	294-219	294-220	

◇ステンレス スティール ワイヤー（歯列矯正用弧線）

管理医療機器 医療機器認証番号 224ADBZX00251000


ステンレス スティール ワイヤー


ペイシェントパック

ステンレス スティール ワイヤー

ラウンド

（社内処理コード：P007）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.014	.016	.018	.020	包装
トゥルーアーチ（ミディアム）	エッチング	上顎	231-211	231-212	231-213	231-214	10入
		下顎	232-211	232-212	232-213	232-214	

レクタンギュラー

（社内処理コード：P008）

フォーム	センターマーク	部位／サイズ	.016X.016	.016X.022	.017X.025	.018X.025	.019X.025	.021X.025	.022X.028	包装
トゥルーアーチ（ミディアム）	エッチング	上顎	241-215	241-216	241-217	241-218	241-219	241-220	241-221	10入
		下顎	242-215	242-216	242-217	242-218	242-219	242-220	242-221	

キーホール ループ ワイヤー レクタンギュラー


2ループ

2ループ

（社内処理コード：P301）

フォーム	センターマーク	ループ間	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm	包装
トゥルーアーチ .016×.022	無し	上顎	026-017	026-018	026-019	026-020	026-021	026-022	10入
		ループ間	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm	
		下顎	026-011	026-012	026-013	026-014	026-015	026-016	

フォーム	センターマーク	ループ間	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm	包装
トゥルーアーチ .019×.025	無し	上顎	026-029	026-030	026-031	026-032	026-033	026-034	10入
		ループ間	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm	
		下顎	026-023	026-024	026-025	026-026	026-027	026-028	


4ループ

4ループ

フォーム	センターマーク	ループ間	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm	包装
トゥルーアーチ .019×.025	無し	上顎	026-053	026-054	026-055	026-056	026-057	026-058	10入
		ループ間	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	32mm	
		下顎	026-047	026-048	026-049	026-050	026-051	026-052	

ポステッド ワイヤー レクタンギュラー


ポステッド

ポステッド

（社内処理コード：P502）

フォーム	センターマーク	ポスト間	32mm	34mm	36mm	38mm	40mm	42mm	44mm	包装
トゥルーアーチ .019×.025	エッチング	上顎	027-065	027-066	027-067	027-068	027-069	027-070	027-071	10入
		ポスト間	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	-	-	
		下顎	027-060	027-061	027-062	027-063	027-064	-	-	

Nickel Titanium Heat Activated Wires


◇フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー（歯列矯正用ワイヤ）

McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT

管理医療機器 医療機器認証番号 221AKBZX00033000



●最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠
●テーパー、オーボイド、スクエアの中から
アーチフォームをご選択いただけます。



フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー

●おだやかで持続的な力をかけることができます。

ヒートアクティベート ニッケルチタン アーチワイヤー

（社内処理コード：PP01）

サイズ	テーパー		オーボイド		スクエア		包装
	上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎	
.014	08H0835	08H0935	08H1835	08H1935	08H2835	08H2935	10本入
.016	08H0840	08H0940	08H1840	08H1940	08H2840	08H2940	
.016×.022	08H2040	-	08H3040	08H3140	08H4040	08H4140	
.017×.025	08H2044	-	08H3044	08H3144	08H4044	08H4144	
.019×.025	08H2048	08H2148	08H3048	08H3148	08H4048	08H4148	

Stainless Steel Wires

◇フォレスタデント SS アーチワイヤー（歯列矯正用ワイヤ）

McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT

管理医療機器 医療機器認証番号 230AKBZX0002200

フォレスタデント ステンレススチール ワイヤー

●ステンレススチール ヒートトリーテッドワイヤーは
スライディング、フィニッシングに必要な高い剛性を有しています。

ステンレススチール アーチワイヤー

（社内処理コード：PR01）


サイズ	テーパー		オーボイド		スクエア		包装
	上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎	
.014	020835	020935	021835	021935	022835	022935	ステンレススチールワイヤー
.016	020840	020940	021840	021940	022840	022940	10本入
.018	02H0845	02H0945	02H1845	02H1945	02H2845	02H2945	ステンレススチール
.020	02H0850	02H0950	02H1850	02H1950	02H2850	02H2950	ヒートトリーテッドワイヤー
.019×.025	02H2048	02H2148	02H3048	02H3148	02H4048	02H4148	10本入

◇アーチワイヤーテンプレート

アーチワイヤーテンプレート（トゥルーアーチ）

商品番号
020-001

（社内処理コード：P901）



●トゥルーアーチフォームのテンプレートです。
●縦160mm×横198mm

4350007 フォレスタデント アーチワイヤーテンプレート

包 装
1入

（社内処理コード：S910）

●テーパー、オーボイド、スクエアの3種類のアーチフォームの
テンプレートです。
●スケルトンタイプと方眼タイプの二つを同封。



INTERNAL ORAL PRODUCTS 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇ワイヤープロダクト（歯列矯正用結さつ材）

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器承認番号 21700BZY00521000

リガチャーワイヤー	包　装
	1PK

（社内処理コード：PJ01）






形　状	タイプ	内容量	ワイヤー直径 インチ（mm）	商品番号
	プリフォーム	シングルパック（1,000入）	.008（0.20）	X110810
			.009（0.23）	X110910
			.010（0.25）	X111010
			.011（0.28）	X111110
			.012（0.30）	X111210
		お徳用パック（1,000入×10）	.008（0.20）	X110899
			.009（0.23）	X110999
			.010（0.25）	X111099

形　状	タイプ	長　さ	内容量	ワイヤー直径 インチ（mm）	商品番号
	ツイスト	約12mm	500入	.010（0.25）	X121005

コバヤシフック	包　装
	1PK

（社内処理コード：PJ01）





形　状	タイプ	内容量	ワイヤー直径 インチ（mm）	商品番号
	プリフォーム	シングルパック（100入）	.010（0.25）	X211001
			.012（0.30）	X211201
			.014（0.36）	X211401
		お徳用パック（100入×10）	.012（0.30）	X211299

形　状	タイプ	長　さ	内容量	ワイヤー直径 インチ（mm）	商品番号
	ツイスト	約20mm	100入	.012（0.30）	X221201
				.014（0.36）	X221401

INTERNAL ORAL PRODUCTS 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇エラスティックチェーンTS（歯列矯正用エラスチック器材）

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 223ADBZX00008A01



エラスティックチェーンTS

エラスティックチェーンTS	包装
	1PK


（社内処理コード：SA01）

- 持続性、耐久性に優れた熱硬化型ポリウレタン製ライトフォースチェーンです。
- 厚さ0.4mm。やわらかく、おだやかな力をかけることができます。
- 経済的な2m巻きのパッケージ。



パッケージ同士を連結可能です。

エラスティックチェーンＴＳの形状および寸法



ナロースパンにはカッティングスペースを設けております。



スパン	ホールの間隔 A(mm)	チェーンの外径 B(mm)	チェーンの内径 C(mm)	チェーンの厚み D(mm)
ナロー	約2.8	約2.8	約1.3	約0.4
ミディアム	約4.0			

フォース	色　調	スパン	イメージ	商品番号	内容量
ライト	クリアー	ナロー		W042001	2m
		ミディアム		W042002	

INTERNAL ORAL PRODUCTS 優れた品質、性能、リーズナブル ― 使いやすさを追求―

◇Ti-Ni コイルスプリング（歯列矯正用スプリング）

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER


管理医療機器 医療機器承認番号 21700BZY00350000




クローズドコイルスプリング

クローズドコイルスプリング	包装
	10入

（社内処理コード：PH01）






フォース	ワイヤー直径Xコイル内径	サイズ 6mm	9mm	12mm	15mm
ライト	.010 X .030	T211030	T221030	T231030	T241030
ミディアムライト	.011 X .030	T211130	T221130	T231130	T241130
ミディアム	.012 X .030	T211230	T221230	T231230	T241230

※6mmサイズは全長が10mmになるまでの範囲内でご使用ください。






※グラフは12mmサイズのスプリングを用いた場合の測定値となります。




オープンコイルスプリング

オープンコイルスプリング	包装
	1PK


（社内処理コード：PH01）





フォース	ワイヤー直径Xコイル内径	商品番号	内容量
スーパーライト	.009 X .030	T190930	15インチ（約38cm）
ライト	.010 X .030	T191030	
ミディアムライト	.011 X .030	T191130	
ミディアム	.012 X .030	T191230	
ヘビー	.014 X .030	T191430	





※グラフは15mmにカットしたスプリングを用いた場合の測定値となります。

◇松風ヘッドギア（歯列矯正用ヘッドギア）

SHOFU ORTHO SMILE TOGETHER

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000119

松風ヘッドギア	包　装
	1PK

（社内処理コード：S997）

リバースプルマスク

形　状	サイズ	ブラック	ブルー	ピンク	縦 × 横	内容量
	スモール	401-011	401-012	401-013	15cm × 14cm	1セット
	ミディアム	401-021	401-022	401-023	16cm × 14cm	

ハイプルヘッドキャップ

形　状	色　調	商品番号	内　容	内容量
 	アソート	900-210	ブルー、ピンク、ティール、パープル、レッド 各2	10入
	ブラック	900-208	ブラック	10入

サービカルネックパッド

形　状	色　調	商品番号	内　容	内容量
	アソート	900-122	ブルー、ピンク、ティール、パープル、レッド 各2	10入
	ブラック	900-104	ブラック	10入

セーフティーリリースモジュール

形　状	色　調	商品番号	フォース		内容量
	ブラック	150-010	ライト	450g ／cm	10入
		150-020	ミディアム	600g ／cm	
		150-030	ヘビー	750g ／cm	
	ネオンカラーアソート （ブルー、ピンク、グリーン イエロー、オレンジ 各2）	150-110	ライト	450g ／cm	10入
		150-120	ミディアム	600g ／cm	
		150-130	ヘビー	750g ／cm	

ハイプルヘッドキャップ キット

形　状	色　調	商品番号	キット内容	内容量
	ブラック	800-020	ハイプルヘッドキャップ（ブラック）1 セーフティーリリースモジュールミディアム（ブラック）2	1セット

サービカルネックパッド キット

形　状	色　調	商品番号	キット内容	内容量
	ブラック	810-020	サービカルネックパッド（ブラック）1 セーフティーリリースモジュールミディアム（ブラック）2	1セット

◇ギシ グー（短期的使用歯科矯正用粘膜保護材）

opal ORTHODONTICS

一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000048

GISHY GOO!™

●ブラケット、アンカースクリューなどの矯正装置が舌や頬粘膜に当たり、痛みを感じている患者さまにオススメです。
●ブラケットウイング、アンカースクリューのアンダーカットに入り込むように付ければ、機械的に咬みこんで外れにくいのが特長です。



ギシ グー
ホワイト（トゥースカラー）
（社内処理コード：SB01）

商 品 名	商品番号	包装
ギシ グー　ホワイト（トゥースカラー）	500-059	10入



Gishy Gooは、
くちびるやほっぺたを
守ってくれるよ！！

使い方はカンタン！

1. キャップをひねって開けてください。
2. シリンジから1回分を指の上に押し出します。（豆粒大が目安）
3. 10秒ほど指でしっかりと練り合わせます。色が混ざるまで練り合わせてください。（練り合わせが不十分ですと、しっかりと固まらず十分な効果が得られません。）
4. 固まる前にブラケットまたは、アンカースクリューに付け形を整えます。完全に固まるまで2分ほどかかります。
5. 使用後はキャップをしっかりと閉めてください。室温で保管し、ヒーター近くなど高温になる場所には置かないでください。
6. 誤飲を防ぐため、就寝時や飲食の前には必ずブラケット等から取り外してください。



痛みから守ってくれるから
大好きな楽器を演奏したり、
スポーツをしたりできるよ。

何でできているの？
Gishy Gooは歯医者さんが歯型を取る時に使う材料と同じ素材でできていますので、安心してお使いいただけます。




◇インダイレクトボンディングシステム

emiluma Transparent Silicone for IDB

エミルマ インダイレクトボンディングシステム	包装
	下記参照

（社内処理コード：S200）

● インダイレクトボンディングシステムテクニックとは術後の咬合状態を想定し石膏模型上で決定したブラケットの位置を口腔内で正確に再現して装着するテクニックの総称です。



1 正確なブラケットポジショニング
ブラケットポジショニングに充分時間をかけることによってブラケットの機能は正確に歯牙へ伝達し、治療期間の短縮が可能となります。



2 チェアタイム短縮
診療時間内のブラケット装着が短時間で済み、患者様は長時間口を開けている苦痛から開放されます。



3 適度な硬さの透明シリコーン
透明シリコーンの採用によりポジショニングチェックが可能になり、またシリコーンが適度な硬さなので除去が簡単でブラケットの脱落が防げます。



エミルマⅡ（ニューカートリッジ）

写 真	商品名	商品番号	内容量
	スターターキットⅡ	251	単品Ⅱ48mL × 2入／セミアドヒーシブ 1入 ミキシングチップⅡ 12入／シリコーン分離材 1入 オクルーザルストッパー 1入／セップ 1入
1	単品Ⅱ（ニューカートリッジ）	253	48mL × 2入
2	ミキシングチップⅡ	254	24入／単品Ⅱ（商品番号253）用
3	松風カートリッジディスペンサー	1999-21	1入／単品Ⅱ（商品番号253）用

エミルマ 関連製品

写 真	商品名	内容量	商品番号	用　途
4	オクルーザルストッパー	10g	205	模型上で咬合面を覆う際に使用
5	セミアドヒーシブ	3mL	206	模型上にブラケットを仮着する際に使用
6	シリコーン分離剤	10mL	207	模型上にエミルマを圧接する際に指に塗布し使用
7	セップ	30mL	208	模型上に塗布する分離材

※2次コアのマテリアルには松風キャプチャーシート（クリアー 2mm）をご利用下さい。



松風キャプチャーシート 寸法／127 × 127（mm）	クリアー	厚　さ	商品番号	包装
		2mm	2253-2C	12入
		3mm	2253-3C	
		4mm	2253-4C	

成型器（モデルキャプチャートライなど）を用いたスポーツマウスガード製作時に使用する熱可塑性樹脂です。

◇アブソアンカーⅢの特長

AbsoAnchor

Characteristics of AbsoAnchor Ⅲ

Head Type
●Ti-Niコイルスプリングや
エラスティックがかけやすく
外れにくいヘッド構造

Hole
●けん引するためのリガチャーワイヤーや
エラスティックスレッドを
通すことのできるホール構造

Hexagonal Shape
●ドライバーへの取り付けが
スムーズで安定的にスクリューを
回転させる六角構造

Biocompatible Neck
●なめらかな表面で軟組織との
接触にやさしいネック構造

Knife Edge
●骨に埋入しやすく骨の損傷を
軽減させるエッジ構造

Pitch & Valley
●安定性のある
傾斜角度と溝の構造

Self Drilling
●セルフドリリングで
植立が可能な切れの良い
先端構造



New Size Variation
●φ1.3とφ2.0の
新しいサイズが新登場



Sterilized Package
●滅菌済みのため、
開封後そのままドライバーに
装着し使用可能





カルテシール
●パッケージにはサイズ・
LOT No.が記載された
カルテシールが付いています

AbsoAnchor

スモール
ヘッドタイプ
24種類

スモール
ヘッドタイプL
6種類



フィクセイション
ヘッドタイプ
10種類




◇アブソアンカーⅢ(歯科矯正用アンカースクリュー)

AbsoAnchor

高度管理医療機器 医療機器承認番号 22900BZX00130000


商品No.と各部の名称・寸法について



成分:チタン合金

アブソアンカーⅢ	包装
	2入


(社内処理コード:S702)



スモールヘッドタイプ/24種類

使用ドライバーチップ:スモールタイプ　穴の直径:0.75mm(約.029インチ)


シリーズ	ネジ部直径φ(mm)	ネジ部長さ					
		5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	12mm
13シリーズ	φ1.3	C131205	C131206	C131207	C131208	C131210	C131212
14シリーズ	φ1.4	C141305	C141306	C141307	C141308	C141310	C141312
15シリーズ	φ1.5	C151405	C151406	C151407	C151408	C151410	C151412
16シリーズ	φ1.6	C161505	C161506	C161507	C161508	C161510	C161512



スモールヘッドタイプL/6種類

使用ドライバーチップ:ラージタイプ　穴の直径:0.75mm(約.029インチ)

シリーズ	ネジ部直径φ(mm)	ネジ部長さ					
		5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	12mm
20シリーズ	φ2.0	D201805	D201806	D201807	D201808	D201810	D201812



フィクセイションヘッドタイプ/10種類

使用ドライバーチップ:ラージタイプ　穴の直径:1mm(約.039インチ)

シリーズ	ネジ部直径φ(mm)	ネジ部長さ				
		6mm	7mm	8mm	9mm	10mm
17シリーズ	φ1.7	E171606	E171607	E171608	E171609	E171610
18シリーズ	φ1.8	E181706	E181707	E181708	E181709	E181710

使用例

アップライト





圧下





◇アブソアンカー パイロットドリル（手術用ドリルビット）

AbsoAnchor

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000177

アブソアンカー パイロットドリル	包装
	1入

（社内処理コード：S712）

Yellow φ0.9（mm）

PD2409 24mm / 5mm / φ0.9（mm）

PD2509 25mm / 9.5mm

PD3109 31mm / 9.5mm

Red φ1.0（mm）

PD2410 φ1.0（mm）

PD2510

PD3110

Blue φ1.1（mm）

PD2411 φ1.1（mm）

PD2511

PD3111

Green φ1.2（mm）

PD2412 φ1.2（mm）

PD2512

PD3112

◇アブソアンカー ドライバー（手術用ネジ回し）


AbsoAnchor

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000176

アブソアンカー ドライバー	包 装
	1入

（社内処理コード：S711）

Micro dual ball grip system.



ショートハンドドライバー

スモール（SHDS）
13、14、15、16シリーズ用





ラージ（SHDL）
17、18、20シリーズ用






エンジンドライバー


スモール
13、14、15、16シリーズ用





ラージ
17、18、20シリーズ用






注：17mm（ED17S、ED17L）をご使用の場合は、ミニヘッドのハンドピースをご使用ください。（軸長が12mmですので、ヘッドの大きさによっては装着できないハンドピースがあります。）

ロングハンドドライバー

ボディ（LHDB）



ドライバーチップ

スモール（DTS）13、14、15、16シリーズ用





ラージ（DTL）17、18、20シリーズ用






注：ロングハンドドライバーボディは単体でご使用いただけません。ドライバーチップを装着し、ご使用ください。

ニューロングハンドドライバー

ボディ（NLHD）



シャフトチップ

スモール（STS）13、14、15、16シリーズ用

ラージ（STL）17、18、20シリーズ用

注：ニューロングハンドドライバー ボディは単体でご使用いただけません。シャフトチップを装着し、ご使用ください。

◇デントス ハンドコントラアングルドライバー（手術用ネジ回し）

AbsoAnchor

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000231

（社内処理コード：S714）

HCD ¥30,000




装着例

●一般的なEタイプのコントラアングルに取付け可能です。



注：お手持ちのコントラアングルハンドピースに「エンジンドライバー」および「デントスハンドコントラアングルドライバー」を装着してご使用ください。



●エンジンドライバーを装着したコントラアングルハンドピースに取り付けることで、手動操作でアブソアンカーを植立することができます。
●通常のハンドドライバーではアクセスしづらい臼歯部、口蓋部へのアクセスが容易です。
●手動で埋入を行うため、歯根に接触してしまった時などにも抵抗を感じることができます。
●軽量かつ丈夫で、使用前にオートクレーブ滅菌が可能です。

◇アブソアンカー インスツルメント（ドライバ及び抜出器）

AbsoAnchor

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000179

アブソアンカー インスツルメントキット（AIK）	包装
	1セット

（社内処理コード：S710）

アブソアンカー ニューケース（ANC）	包装
	1入

（社内処理コード：S719）

●初回導入にはインスツルメントキットをオススメしております。
オートクレーブ滅菌可能なケースにドライバー、ドリル類がまとめられており、
全てのアブソアンカースクリューが使用可能となります。全て単品でご購入いただくよりもお得なキットです。

インスツルメントキット
ロングハンドドライバーボディー：1（LHDB）、
ドライバーチップ：2（DTS/DTL）、ショートハンドドライバー：2（SHDS/SHDL）、
エンジンドライバー：2（ED19S/ED19L）、パイロットドリル：2（PD2411/PD2511）、
ニューケース：1（ANC）



●ニューケースは単品販売もございます。



ニューケースは 2 層構造になっています。

◇アブソアンカー タイポドント

AbsoAnchor

アブソアンカー タイポドント（ATM）	包装
	1入

（社内処理コード：S719）




●エポキシ製のタイポドントです。
6番の欠損、7番近心傾斜、臼歯部シザースバイトが再現されております。

アブソアンカー ミニケース（AMC）	包装
	1入

（社内処理コード：S719）

●オートクレーブ滅菌可能なケースです。



インスツルメント類一覧

カタログ番号	商品名
LHDB	ロングハンドドライバー ボディ
DTS	ドライバーチップ スモール
DTL	ドライバーチップ ラージ
NLHD	ニューロングハンドドライバーボディ
STS	シャフトチップ　スモール
STL	シャフトチップ　ラージ
SHDS	ショートハンドドライバー スモール
SHDL	ショートハンドドライバー ラージ
ED17S	エンジンドライバー スモール 17mm
ED19S	エンジンドライバー スモール 19mm
ED26S	エンジンドライバー スモール 26mm
ED36S	エンジンドライバー スモール 36mm
ED17L	エンジンドライバー ラージ　17mm
ED19L	エンジンドライバー ラージ　19mm
ED26L	エンジンドライバー ラージ　26mm
ED36L	エンジンドライバー ラージ　36mm
HCD	デントス ハンドコントラアングルドライバー

カタログ番号	商品名
PD2409	パイロットドリル イエロー 0.9mm 24mm
PD2509	パイロットドリル イエロー 0.9mm 25mm
PD3109	パイロットドリル イエロー 0.9mm 31mm
PD2410	パイロットドリル レッド　1.0mm 24mm
PD2510	パイロットドリル レッド　1.0mm 25mm
PD3110	パイロットドリル レッド　1.0mm 31mm
PD2411	パイロットドリル ブルー　1.1mm 24mm
PD2511	パイロットドリル ブルー　1.1mm 25mm
PD3111	パイロットドリル ブルー　1.1mm 31mm
PD2412	パイロットドリル グリーン 1.2mm 24mm
PD2512	パイロットドリル グリーン 1.2mm 25mm
PD3112	パイロットドリル グリーン 1.2mm 31mm
AIK	インスツルメントキット
ANC	ニューケース
AMC	ミニケース
ATM	タイポドント

※アブソアンカーをご購入の場合はP60の「アブソアンカーの販売に関するご案内」をご覧ください。

◇デントス NT コイルスプリング（歯列矯正用スプリング）

AbsoAnchor

管理医療機器 医療機器認証番号 225AFBZX00138000



●抜歯空隙の閉鎖や歯牙のけん引の症例等で使用します。

●フックサイズや矯正力に多くの種類があり、さまざまな症例に対応できます。

●Ni-Ti合金の弾性力により、おだやかで持続的な力をかけることができます。

包　装
10入


（社内処理コード：S720）



◎抜歯空隙の閉鎖や、歯牙のけん引の症例等で使用します。





◎保管のしやすいプラスチックケースに入っています。ケース同士を連結することができるので、管理も容易です。




◎片側の輪に持ち手がついているため穴がインスツルメントで隠れず、フックにかけやすいのが特徴です。

バネ強さ





※グラフは除荷時の力です。



デントス NT コイルスプリング 10入

長さ	ホール内径(フックサイズ)	フォース	識別色	商品番号	商品名（形態番号）	長さ	ホール内径(フックサイズ)	フォース	識別色	商品番号	商品名（形態番号）
8mm	φ1.5	ウルトラライト	●	N1U1508	デントス NT コイルスプリング(NT15-8U)	13mm	φ1.5	ウルトラライト	●	N1U1513	デントス NT コイルスプリング(NT15-13U)
		ライト	●	N2L1508	デントス NT コイルスプリング(NT15-8L)			ライト	●	N2L1513	デントス NT コイルスプリング(NT15-13L)
		ミディアム	●	N3M1508	デントス NT コイルスプリング(NT15-8M)			ミディアム	●	N3M1513	デントス NT コイルスプリング(NT15-13M)
		ヘビー	●	N4H1508	デントス NT コイルスプリング(NT15-8H)			ヘビー	●	N4H1513	デントス NT コイルスプリング(NT15-13H)
8mm	φ2.0	ウルトラライト	●	N1U2008	デントス NT コイルスプリング(NT20-8U)	13mm	φ2.0	ウルトラライト	●	N1U2013	デントス NT コイルスプリング(NT20-13U)
		ライト	●	N2L2008	デントス NT コイルスプリング(NT20-8L)			ライト	●	N2L2013	デントス NT コイルスプリング(NT20-13L)
		ミディアム	●	N3M2008	デントス NT コイルスプリング(NT20-8M)			ミディアム	●	N3M2013	デントス NT コイルスプリング(NT20-13M)
		ヘビー	●	N4H2008	デントス NT コイルスプリング(NT20-8H)			ヘビー	●	N4H2013	デントス NT コイルスプリング(NT20-13H)
8mm	φ2.5	ウルトラライト	●	N1U2508	デントス NT コイルスプリング(NT25-8U)	13mm	φ2.5	ウルトラライト	●	N1U2513	デントス NT コイルスプリング(NT25-13U)
		ライト	●	N2L2508	デントス NT コイルスプリング(NT25-8L)			ライト	●	N2L2513	デントス NT コイルスプリング(NT25-13L)
		ミディアム	●	N3M2508	デントス NT コイルスプリング(NT25-8M)			ミディアム	●	N3M2513	デントス NT コイルスプリング(NT25-13M)
		ヘビー	●	N4H2508	デントス NT コイルスプリング(NT25-8H)			ヘビー	●	N4H2513	デントス NT コイルスプリング(NT25-13H)

※スプリング部：Ni-Ti 合金　スプリング保持部：ステンレス鋼

◇松風オーソモデル（エポキシ製スタディモデル）

SHOFU

（社内処理コード：S980）

代表的な8種類の咬合状態を忠実に再現

治療前模型としてアングルの不正咬合分類に基づいた5種類、
治療後模型として代表的な治療例3種類の計8種類をご用意しました。

ブラケット装着や矯正装置製作の実習用に
患者様へのコンサルテーション時の説明用に

【治療前模型】　アングルの不正咬合分類に基づいた5種類



CLASS I 上下顎前突

I級 上下顎前突症例

商品番号	CL1B
アングル分類	Class I



CLASS I 叢生

I級 叢生症例

商品番号	CL1C
アングル分類	Class I



頬側・口蓋側からも噛み合わせの説明がしやすい!



CLASSⅡ DIV.1

Ⅱ級 下顎遠心咬合
上顎前歯の唇側傾斜を伴う症例

商品番号	CL21
アングル分類	ClassⅡ Div.1



CLASSⅡ DIV.2

Ⅱ級 下顎遠心咬合
上顎前歯の唇側傾斜を含まない症例

商品番号	CL22
アングル分類	ClassⅡ Div.2



CLASSⅢ

Ⅲ級 下顎近心咬合症例

商品番号	CL3
アングル分類	ClassⅢ

【治療後模型】　代表的な治療例3種類



非抜歯治療症例

非抜歯治療症例

商品番号	NEXT



上下顎抜歯治療症例

上下顎左右第一小臼歯抜歯治療症例

商品番号	UL4EXT



片顎抜歯治療症例

上顎左右第一小臼歯抜歯治療症例

商品番号	U4EXT

◇矯正実習用材料

SHOFU

（社内処理コード：S982）

矯正実習用タイポドント



商品番号
280-0058

本体1セット

ワックスフォーム



商品番号	
Ⅰ級	280-0107
Ⅱ級１類	310-1074
Ⅱ級２類	310-1075
Ⅲ級	310-1076

上・下顎1組

メタルティース ホワイトクラウン



商品番号
280-0146

上・下顎28歯

ボンディング維持用のくぼみをつけています。



組み合わせ例

◇VALOオーソコードレス（歯科重合用光照射器）

VALOオーソコードレス 一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000057 特定保守管理医療機器　VALOコードレス 付属品 一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000053 特定保守管理医療機器

効率的な治療を目指したコードレスタイプ





（社内処理コード：S972）

写 真	商品名	商品番号	内 容
1	VALOオーソ コードレス　キット	5942	・ハンドピース……1 ・リチウム電池……4 ・充電器一式（充電器本体、ACアダプター）・1 ・ライトシールド……1 ・ブラケット……1 ・ブラックライトレンズ……1 ・VALOコードレス バリアスリーブ……50

（社内処理コード：S973）

写 真	商品名	商品番号
2	VALOコードレス ACアダプター（充電器用）	5961
3	VALOコードレス 充電器	5962
4	VALOコードレス リチウム電池 2個	5963
5	VALOコードレス バリアスリーブリフィル 100枚	4667
6	VALOコードレス ライトシールド	5929

VALO関連製品



ブラックライトレンズは、蛍光触媒含有のボンディング材を見分ける際に使用します。

（社内処理コード：S971）


写 真	商品名	商品番号
A	ブラケット	1667
B	ブラックライトレンズ	5939
C	ウルトラテクト UVオレンジ保護メガネ	508

写 真	商品名	商品番号
-	ACアダプター J 1.8m（VALOコード付きタイプ用）	5930
-	バリアスリーブ リフィル 500個（VALOコード付きタイプ用）	5932
D	ライトシールド（VALOコード付きタイプ用）	5935

VALOオーソコードレスの特長

2,100mW/cm²のハイパワー。深く浸透する光。

ブラケットのボンディングにもわずか3秒のスピード重合。



ブラケット装着のための連続照射モード


●**エキストラパワークオドラントモード 2,100mW／cm²**


照射時間は点滅4ランプ=3秒×5回。VALOオーソの最大の特長であるクオドラントモードはスタートボタンを1回押すだけで5歯分を連続的に照射できるよう設計されており、3秒照射→2秒消灯を5歯分繰り返しますので、ボタンを何度も押す手間を省くことができます。

幅広い波長域により、さまざまな光重合歯科材料に使用可能

●異なる波長のLEDを搭載することで、**385～515nmの幅広い波長域**を実現しました。
●矯正用だけでなくホワイトニング材、シーラント材などにも使用可能です。
●**VALOオーソ1台でほとんどの歯科材料に対応でき、診療効率をアップ**できます。

光源が先端にあるため、光の直進性が高く、強力な光が拡散せず垂直に深く浸透します。






口腔内で操作しやすいコンパクトなヘッド形状

●ロープロファイルなヘッド形状により、ライトガイドタイプの照射器ではアプローチしにくかった**7番遠心部へも容易に照射でき**、口腔内での使用がしやすくなっております。また、開口量の少ない患者さまの診療にもご使用いただけます。







インダイレクトボンディングに

●ハイパワーで深くまで浸透する光により、インダイレクトボンディングを行う際など、トランスファートレー越しでもしっかりと十分な光照射が可能です。




モードガイド

光強度　(mW/cm²)	スタンダードパワー	エキストラパワー	エキストラパワークオドラント	バッテリー残量ランプ
	1,100*●	2,100†✸	2,100†✸	
スタートボタン 照射時間ランプ モードランプ 時間/モード変更ボタン	5秒 10秒 15秒 20秒	1秒 2秒 3秒	3秒	電池残量が少なくなると赤く点灯します。
メタルブラケット／審美ブラケット光照射時間	10秒×1回	3秒×2回	3秒×2回	

3秒照射・2秒消灯を5回繰り返します。

レンズ直径 約10mm

●ヘッドはコンパクトですが、直径約10mmのレンズを採用。ブラケットの上からでも光照射が可能です。





VALOオーソコードレス

仕様			
	波長域	385nm ～ 515nm	
	出　力	スタンダード	1,100mW ／ cm²
		エキストラパワー	2,100mW ／ cm²
		エキストラパワー　クオドラント	2,100mW ／ cm²
	ハンドピース	本体寸法	20.3cm
		本体質量	170g（電池含む）
	充電器・充電池	出力	DC12V（0.5A）
		入力	AC100-240V
		リチウム電池	3.2V 500mA 2個
		再充電可能	規格：RCR123A
	硬化深度	4.74mm（※ウルトラデント社測定値）	
	保　証	2年（電池・バリアスリーブなど付属品は90日）	

● ボンディング材

◇ビューティオーソ ボンドⅡ（高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材）

Official partner
Minimally Invasive Cosmetic Dentistry
PRG Technology
管理医療機器 医療機器認証番号 226AFBZX00094000



歯質にも、術者にもやさしい接着材料

リン酸エッチングが不要の **一液タイプ** セルフエッチングプライマーと、
マルチイオンリリース能を有した「S-PRGフィラー」配合の
光重合型ペーストからなる矯正用接着材です。
歯質へのやさしさと信頼の接着力はそのままに、簡便な操作手順を実現しました。

ビューティオーソ ボンドⅡ トライアルセット

商品番号	内容量
2388	ペースト（3g）×1、ペーストビスコス（3g）×1、 フロアブルペースト（1.9g）×1、 フロアブルペーストブルー（1.9g）×1、 セルフエッチング プライマー（3.0mL）×1、 松風Vディッシュ 25枚、 ディスポブラシファイン イエロー 50本入、 松風ニードルチップ25入


2361-01
セルフエッチング プライマー 3.0mL


2361-02
ペースト 3g


2361-03
ペースト ビスコス 3g


（松風ニードルチップ 5入）
2361-05
フロアブルペースト 1.9g


（松風ニードルチップ 5入）
2361-06
フロアブルペーストブルー 1.9g


※松風ニードルチップは単品（50入り）でもご購入いただけます。

1 進化した一液タイプのプライマー



プライマーに「ホスホン酸系接着モノマー」を配合し、リン酸エッチングを必要としない簡便操作とエナメル質の脱灰の軽減を実現。
さらに、ブラケットを固定するための十分な接着力も有しています。

◆歯面：エナメル質の表面状態観察（原子間力画顕微鏡写真）



2 粘稠度の異なる3種類のペーストをラインナップ

フッ素を含む6種類のイオンをリリースするペーストは、
用途、お好みに応じて3種類の中から選択できます。

◆ペースト



ビューティオーソ ボンドの操作感を継承し、キレ良くトリミング性に優れたペースト性状

◆ペースト ビスコス



シリンジから排出しやすく、軽い力でもブラケットのアンダーカット部に入り込むペースト性状

◆フロアブルペースト



◆フロアブルペーストブルー



3種類の中でもっとも粘稠度が低く、様々な用途に使用できるペースト性状（右記使用例参照）

フロアブルペーストの使用例

インダイレクトボンディング



リンガルリテーナーの接着



写真提供：おかもと矯正歯科クリニック 岡本亨先生




フッ素リリース&リチャージ（ペースト）


ビューティオーソ ボンドⅡは、ペーストに配合しているS-PRG※フィラーがグラスアイオノマーセメントと同様の「フッ素リリース&リチャージ能」を有しています。これらの機能は口腔内のフッ素濃度に応じて可逆的に起こり、いわゆるフッ素蓄電池様の働きをします。S-PRG※フィラーの効果をより引き出すには、高フッ素濃度の洗口剤、歯磨剤との併用が効果的です。

※S-PRG（Pre-Reacted Glass-ionomer）技術

S-PRG技術とは、松風が独自に開発した技術であり、これは予め酸反応性フッ素含有ガラスとポリアクリル酸を水の存在下で反応させ、ガラス表層に安定化したグラスアイオノマー相を形成させる技術です。





リチャージされたフッ素は口腔内フッ素濃度が低くなるとリリースされます。



抗プラーク付着性（学会報告）日本歯科保存学会にて下記内容が報告されています。

口腔内におけるプラーク形成状況の観察（24時間ブラッシングなし）



S-PRGフィラー非配合自社コンポジットレジン
成熟したプラーク形成


ビューティフィルⅡ（S-PRGフィラー含有）
点在化したプラーク形成

S-PRGフィラー配合コンポジットレジンの表面はだ液と接触することによって、マテリアルフィルム層ができ、これがコンポジットレジン表面への細菌の付着および増殖を抑制し、成熟したプラークを形成しにくくすると報告されています。また、この層はブラッシング等により脱離するものの、再度だ液との接触によって形成され、持続的にプラークの成熟化を抑制するといわれています。
（参考：朝日大学　歯学部歯科保存学分野／第117～123回日本歯科保存学会報告）


酸中和能の発現 S-PRGフィラーの働きにより、周囲環境を酸性領域から中性領域に移行させます。

ビューティオーソ ボンドⅡペースト、
ビューティオーソ ボンドⅡペースト ビスコス、ビューティオーソ ボンドⅡ フロアブルペーストの硬化体を乳酸水溶液（pH=4.0）に浸漬したときのpHの変化



S-PRGフィラーの酸中和能試験


【試験方法】
pH指示液を滴下した乳酸水溶液（10mL）に、S-PRGフィラー0.1gを添加したときのpHの変化を示しています。（自社独自試験）



3 簡単な操作ステップ


煩わしさを払拭した簡単な操作ステップで、患者さまをお待たせしません。
リン酸エッチング、水洗、プライマーの混和、プライマー塗布後の光照射は不要となっています。

●操作手順


歯面清掃

STEP 1
ノンフッ素歯面研磨ペースト「オーソティースクリーナー」などを使用して清掃後、十分にエアブローし、歯面を乾燥させます。
接着強さを高めるため必ず十分に乾燥させる必要があります。







STEP 2
セルフエッチングプライマーを松風Vディッシュに採取後、歯面に塗布し10秒間放置します。



※単品：2995-09 松風 V ディッシュ（25 枚入・¥800）



エアブロー

STEP 3
弱圧にて十分にプライマーをエアブローします。
（エアブロー後に、だ液が歯面につかないようにご注意ください。）




STEP 4
ブラケットのベース面にペーストを塗布します。





STEP 5
ブラケットを歯面に圧接後、余剰ペーストを除去します。


光重合

STEP 6
金属製ブラケットの場合は近遠心側から可視光線照射器で各10秒間光照射後、ワイヤー装着します。
※セラミックス、樹脂製のブラケットの場合は正面から10秒間照射します。

オプション 樹脂製のブラケットを用いる場合



プラスティックブラケットプライマー（別売）をディッシュに採取後、ブラケットベース面に塗布して10秒間放置します。


2361-04
プラスティックブラケット
プライマー　3.0mL

◇オーソティースクリーナー（ノンフッ素歯面研磨ペースト）

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000252

オーソティースクリーナー	商品番号	包装
	5813	1本40g

ブラケット接着前の歯面研磨に！


フッ素を含まない、
歯面処理前専用の歯面研磨ペーストです。
適度な粘性を有した水溶性のペーストは
歯面とのなじみが良く、
また簡単に洗浄・除去できます。



認識しやすい青色ペースト
歯面に残ったペーストをすぐに発見できます。

適度な粘性
水による調整が不要で、歯面と良く馴染みます。

水洗が容易
簡単に洗い流せるので、
チェアタイムの短縮に繋がります。



一定量のペーストを義歯に付け、一定水量を10秒間流した状態。

ボンディング材

● ボンディング材

◇オパールアドヒーシブ（高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材）

opal ADHESIVES オパール アドヒーシブ

オパールアドヒーシブとは



適度な粘度で垂れにくい**オパールエッチ**、フッ素リリース&リチャージ機能を有した**オパールシール**、
垂れにくくポジショニングしやすい**オパールボンド MV**、
様々な用途に使用可能な**オパールボンドフロー /オパールボンドフローブルー**から成る、光重合型接着材です。
エッチング面を保護するオパールシールが高い機械的保持力を発揮し、安定したブラケット接着を可能にします。

単品各種

opal etch オパールエッチ


35%PHOSPHORIC ACID ETCHING SOLUTION

オパールエッチ（歯科用エッチング材） ブルーマイクロチップ（歯科用注入器具）

管理医療機器 医療機器認証番号 222AKBZX00145000　一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000009



THE BRILLIANT WAY TO
BEGIN BONDING



35%リン酸エッチンググル

- 適度な粘性により垂れ落ちず浸透性があり、また簡単に洗い流すことができます。
- ゲルが青色なので塗布した位置や水洗を視覚で確認できます。
- 使いやすいシリンジタイプです。



塗布した箇所にしっかり留まり垂れない。



使いやすいシリンジタイプ。

（社内処理コード:SC01）

オパールエッチ キット	
商品番号	500-012
オパールエッチ シリンジ（1.2mL）	4本
ブルーマイクロチップ	20個

（社内処理コード:SC01）

オパールエッチ リフィル	
商品番号	500-013
オパールエッチ シリンジ（1.2mL）	20本

（社内処理コード:SC09）

ブルーマイクロチップ	
商品番号	158
ブルーマイクロチップ	20個

opal seal オパールシール

FLUORIDE RELEASING AND RECHARGING PRIMER

オパールアドヒーシブ（高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材）
インスパイラルブラシチップ（歯科用注入器具）　メタルオパールシールチップ（歯科用注入器具）

管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00026000　一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000014
一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000059



RECHARGING
ORTHODONTIC BONDING



フッ素リリース&リチャージシーラント

- グラスアイオノマー&ナノフィラーを含んだオパールシールは、エナメル脱灰面に浸透し、高い機械的保持力と持続性を発揮します。
- グラスアイオノマーの特性であるフッ素リリース&リチャージ効果により矯正治療中の歯面を守ります。
- 薄く均一に塗布できる使い捨てチップを採用。先端は柔らかいブラシになっています。

（社内処理コード:SC02）

オパールシールキット	
商品番号	500-061
オパールシール シリンジ（1.7g）	4本
メタルオパールシールチップ	60個

（社内処理コード:SC09）

メタルオパールシールチップ	
商品番号	500-094
メタルオパールシールチップ	20個

（社内処理コード:SC09）


インスパイラルブラシチップ	
商品番号	710
インスパイラルブラシチップ	20個

opal bond™ MV オパールボンド MV

MEDIUM VISCOSITY LIGHT CURE BONDING ADHESIVE

オパールアドヒーシブ（高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材）

管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00026000



OPAL BOND MV
FOR ORTHODONTIC APPLIANCES

ライトキュアボンディング材

- 適度な粘度でブラケットメッシュに塗布しやすいです。
- 垂れにくくポジショニング後のブラケットのズレを抑えることができます。
- 自然光による硬化を抑え、操作時間が長く、変色しづらいです。
- 人間工学に基づいた、直接塗布しやすい角度のコントラアングルシリンジを採用。

（社内処理コード:SC02）

オパールボンドMV シリンジキット	
商品番号	500-067
オパールボンドMV シリンジ（0.9g）	8本



opal bond™ flow オパールボンドフロー


オパールボンドフロー（高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材）
オパールボンドフローチップ（歯科用注入器具）

管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00069000　一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000054




多用途に使用可能な光重合型ボンディング材

- 様々な用途（使用例参照）に使用可能な光重合型ボンディング材です。
- 2色（歯冠色・ブルー）のペーストをラインナップ。
- 使用用途に応じ、使い分けられます。



歯冠色



ブルー



【上顎前歯舌側面】



【下顎大臼歯咬合面】

●ディープバイト症例などで咬合挙上したい場合、前歯部舌側面、臼歯部咬合面などへご使用いただけます。



●エミルマ インダイレクトボンディングシステム（P31）などを用いて、インダイレクトボンディングを行う際のボンディング材として適した性状です。



●舌側ヘワイヤーを固定するためのボンディング材として使用いただけます。フロアブルタイプのため、硬化後のレジン面も滑沢で舌の不快感を軽減します。

（社内処理コード:SC03）

オパールボンドフロー キット	
商品番号	500-041
オパールボンドフロー（2.3g）	2本
オパールボンドフロー チップ	20個


（社内処理コード:SC03）

オパールボンドフローブルー キット	
商品番号	500-082
オパールボンドフロー ブルー（2.3g）	2本
オパールボンドフロー チップ	20個

（社内処理コード:SC09）

オパールボンドフロー チップ	
商品番号	500-079
オパールボンドフローチップ	20個

使用手順



◇ジェットカーバイドバー（歯科用カーバイドバー）

SHOFU

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000101



ジェットカーバイドバー CA用

ジェットカーバイドバー CA ラウンド:3,7　テーパー:1171,1172	最高許容回転速度	形態	包装
	30,000min^{-1}	4種	5入

（社内処理コード:5399）

●ジェットカーバイドバーのCA用は、ブラケット除去後の歯面に残存したボンディング材除去に適しています。
●ラウンドタイプに2種類、テーパーフィッシャーに2種類の形態があり用途によって選択ができます。



使用イメージ



Bur No.▶	3	7	1171	1172
ISO#▶	012	021	012	016
商品番号▶	CA3P	CA7P	CA1171P	CA1172P

※形態図は原寸ではございません。


ボンディング材

◇オパールバンドセメント(高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材)

opal® band™ cement　オパール バンド セメント

オパールバンドセメント(高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材)
ミキシングチップ(歯科用錬成器具)

管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00130000　一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000040



デュアルキュア タイプのペーストを採用

光照射することでバンドの仮着が可能です。その後、化学的に重合が進み光の届きにくいバンド内面、歯頚部側まで硬化し、さらに口腔内の水分とグラスアイオノマーが反応し重合を行います。
(操作余裕時間 : 2分30秒以上)

防湿しにくい場合でも使用可能

グラスアイオノマーの硬化反応により、
水分が存在する場合でも使用可能です。

グラスアイオノマーによるフッ素徐放

グラスアイオノマーからのフッ素徐放効果が期待できます。

(社内処理コード:SC04)

オパールバンドセメント キット	
商品番号	500-000
オパールバンドセメント(8.3g)	4本
セメントミキシングチップ	50個

適度な固さで塗布、セメント除去も容易

セメント自体の固さにもこだわり、バンドへの塗布、ディバンディング後のセメント除去もしやすい固さにし術者のストレスを軽減します。

ライトブルー色のペーストカラー

明るいブルー色のペーストですので、塗布の際の視認、除去の際には歯質との識別がしやすくなっております。





(社内処理コード:SC09)

ミキシングチップ	
商品番号	5920
ミキシングチップ(オパールバンドセメント用)	20個

使用方法


1 
歯面清掃　ノンフッ素歯面研磨ペースト「オーソティースクリーナー」などを使用し、充分に清掃してください。

2 
水洗、乾燥

3 
セメントミキシングチップを取り付ける

4 
バンド内面にペーストを塗布

5 
歯牙にバンドをセットし、余剰セメントをワッテなどで除去

6 

咬合面から20秒間光照射
VALOオーソの場合は6秒
(エキストラパワー3秒×2回)

◇オーソパレット(歯科矯正用レジン材料)

管理医療機器 医療機器認証番号 21500BZZ00246000



オーソパレット

オーソパレットの特長

◎垂れにくい
- 混和法:粉液の混和物が垂れにくいので、築盛が容易です。
- ふりかけ法:粉液の浸潤性に優れ、垂れにくいので、正確な積層が容易です。


◎優れた浸潤性
- 粉液のなじみが良く、型崩れや浸潤ムラがありません。

◎余裕の操作時間
- 長い餅状時間ーレジン築盛時に余裕を持って付形、トリミングできるので、研磨時の形態修整時間が短縮できます。

オーソパレットは常温重合タイプのレジンです。



●金属部へのプライマー処理
オーソパレットと金属部の接着には1液性の金属接着性プライマー「メタルリンク」をご使用ください。
貴金属、非貴金属を問わず簡単操作で十分な接着強度が得られ、金属境界面での"はく離"、"破折"を防止します。



粉 / 液	クリアー	ブルー	イエロー
クリアー			
ピンク			

豊富な色調　粉液の組み合わせにより、さまざまな色調表現が可能です。

粉

内容量・色調	商品番号
100g クリアー	2227 C
100g(カラー) 2色 イエロー/ブルー	2228 Y / 2228 B
250g クリアー	2229 C
1kg クリアー	2230 C

液

内容量・色調	商品番号
100mL 2色 クリアー/ピンク	2231 C / 2231 P
250mL 2色 クリアー/ピンク	2232 C / 2232 P
500mL 1色 ピンク	2233 P

(スポイト付き) ※模型との分離材にはポアーバニッシュ、またはアルギン酸バニッシュをご利用ください。



ポアーバニッシュ	商品番号	包装
	2013	100mL

〈分離材〉
強固な膜を作り分離が容易で、光沢のあるレジン面が得られます。
●一般即時重合レジンと石こうの分離



アルギン酸バニッシュ	商品番号	包装
	2040	300g

〈分離材〉
アルギン酸ソーダを主成分としたレジン床の分離材です。
●石こうとレジンの分離

◇パナデント咬合器システム(歯科用咬合器)／パナデントフェイスボウシステム(歯科用顔弓)

Panadent

パナデント咬合器システム 一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000107　パナデントフェイスボウシステム 一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000193
(社内処理コード:S990)

パナデント咬合器は1975年にRobert L.Leeによって開発されたモーションアナログ(ボックス型顆路)を持つ半調節性咬合器です。モーションアナログには下顎頭の運動の三次元的立体情報が組み込まれており、左右それぞれについてイミディエイトサイドシフト量により0.5mm～2.5mm(0.5mm毎)の5種類の中から選択ができます。

パナデント咬合器にはPCHとPSHの2種類があります。PCH咬合器はカーブドインサイザルピンにより咬合高径を上下に変化させてもガイドテーブル上に接する位置は常に一定になります。PSH咬合器はストレートインサイザルピンが付いており、インサイザルピン以外はPCH咬合器と同様の構造となっております。咬合器後方中央部に設けられたセントリックラッチ、セントリックチャネル機構によりセントリックの保持が確実に行えます。専用のフェイスボウに用意されたバイトフォークステムアッセンブリーとマウンティングフィクスチャーを用いることによりマウント時にフェイスボウを直接咬合器に装着する必要がありません。

PCH 咬合器(カーブドインサイザルピンタイプ)

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000107


PCH 咬合器

商品番号
1701AR

PCH咬合器
本体1セット／モーションアナログ、ダイナリンク、ホールドダウンエラスティック／ヘックスレンチ(咬合器用)1本
(標準装着モーションアナログ1.0mm)

PSH 咬合器(ストレートインサイザルピンタイプ)

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000107


PSH 咬合器

商品番号
1801AR

PSH咬合器
本体1セット／モーションアナログ、ダイナリンク、ホールドダウンエラスティック／ヘックスレンチ(咬合器用)1本
(標準装着モーションアナログ1.5mm)

パナマウントフェイスボウセット

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000193


パナマウントフェイスボウセット

商品番号
4000FB

パナマウントフェイスボウセット
本体1セット／ナジオンリレイター 1セット／ヘックスレンチ(フェイスボウ用)1本／マウンティングフィクスチャー(L&H)1セット／バイトフォーク ステムアッセンブリー2セット


マウンティングスタンド


マウンティングスタンド

商品番号
2280ME


咬合器を上下逆さにして下顎模型をマウントする際のスタンドです。サポートピンの長さを調節することで咬合平面を水平に調整可能です。

咬合器 ケース


咬合器 ケース

【収納例】



商品番号
8210AA

咬合器、パナマウントフェイスボウセット、マウンティングスタンド、その他の付属品を収納できるプラスチックケースです。

スタディモデル



写真	商品番号
①	2605EM ※
②	2625EM ※

上顎・下顎　1組
樹脂製のスタディモデルです。
Dr.Robert Leeによる理想咬合模型(樹脂製)です。
Class Ⅰ:Cusp to ridge(1歯対2歯)関係
Class Ⅱ:Cusp to fossa(1歯対1歯)関係

API システム


API システム

商品番号
2170A A

APIシステム
ホリゾンタルグラフサポート1個／サイドバーティカルグラフサポート1セット／グラフペーパー 20枚
ICP／CRのズレを記録するために用います。

CPIーⅢシステム

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000107


CPIーⅢシステム

商品番号
2500CP ※

CPIーⅢシステム
本体1セット／CPIグラフペーパー 20枚／CPIデータレコードシート50枚／CPIサポートバンド 12本
APIシステムよりもさらに小さい点を印記可能です。

アキシパスⅢレコーダー



アキシパスⅢレコーダー

商品番号
7600AP ※

アキシパスⅢレコーダー
本体1セット／
アキシパスⅢアームアッセンブリー 1セット／ディスポーザブルクラッチ5セット／アキシパスグラフペーパー 20枚
トゥルーヒンジ、前方・側方運動路、前方顆路角、イミディエイトサイドシフト量の計測・記録が行えます。

アキシスマウンティングシステム

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000107


アキシスマウンティングシステム

商品番号
2250ME ※

アキシスマウンティングシステム
本体1セット／クランプアンドクロスバーアッセンブリー、ヘックスレンチ(咬合器用)各1本／プラスチックリテンションリングセット1セット
アキシパスレコーダーで計測したトゥルーヒンジを用いて、上顎模型をマウントする装置です。


※受注発注商品

パナデントシステム導入例


商品名: PSH 咬合器


商品名: パナマウント フェイスボウセット


商品名: マウンティング スタンド


商品名: 咬合器ケース





モーションアナログは生体の下顎窩に基づいた三次元立体情報が組み込まれており、イミディエイトサイドシフト(ISS)量により0.5mm刻みで5種類、クリア1種類がございます。


マルチメジャーリングルーラー


アジャスタブルインサイザルテーブル


咬合器を後ろへ傾けることができ、模型を正面から見ながら作業できます。
アーティキュレーター サポートレッグスの装着例


バイトフォークスタビライザー

写 真	商品名		商品番号	内容量
1	インサイザルテーブル		2013AA	1入
2	インターチェンジャビリティテストコラム		2090AA ※	1セット
3	モーションアナログ	0. 5MM(左右1組)	2105MA ※	1セット
		1. 0MM(左右1組)	2110MA ※	1セット
		1. 5MM(左右1組)	2115MA ※	1セット
		2. 0MM(左右1組)	2120MA ※	1セット
		2. 5MM(左右1組)	2125MA ※	1セット
4	クリア モーションアナログ	1. 5MM(左右1組)	1115AA	1セット
5	コンダイルポジショナーセット	(左右1組)	2370AA ※※	1セット
6	マウンティングプレートスペーサー		2479ME ※※	1入
7	ナジオンリレーター		4015FB ※	1セット
8	アジャスタブルナジオンリレーター		4080FB ※	1セット
9	ヘックスレンチ	フェイスボウ用	9925FB	1入
10		咬合器用	9904AA	1入
11	バイトフォークステムアッセンブリー	(バイトフォークレギュラー、ステムアッセンブリー各1)	4027FB	1セット
12	バイトフォーク	レギュラー	4028FB	1入
13		ペド(小児用)	4038FB	1入
14		フルデンチャー (無歯顎用)	4037FB ※※	1入
15	ステムアッセンブリー		4030FB	1入
16	マウンティングフィクスチャー L&H		4054ME	1入
17	バイオエステティックレベルゲージ		4070FB	1セット
18	バイトフォークスタビライザー		4410DP	60入
19	アキシパスグラフペーパー		7108AP	20入
20	ディスポーザブルクラッチ		7163AP1	10セット
21	バイトトレイ		7172DP	20入
			7175DP	50入
22	CPIグラフペーパー		9611CP1	20入
23	CPIデータレコードシート		9615CP1	50入
24	マルチメジャーリングルーラー		9391DP	1入
25	アジャスタブルインサイザルテーブル(PCH用)		1770AA	1セット
	アジャスタブルインサイザルテーブル(PSH用)		1780AA	1セット
26	アーティキュレーター サポートレッグス(左右1組)		2094AA	1セット

※受注発注商品
※※在庫限りで販売終了

● 咬合器


◇パナデント

Panadent


コイスデントフェイシャルアナライザーシステム


包装・価格：下記参照

(社内処理コード:S990)










コイスシステム概要

❶Dr.John C.Koisの研究(回転軸から切歯までの長さが平均100mmであるという)によると、コイスデントフェイシャルアナライザーは審美性、機能性の獲得を目的とするスタディモデルの移動とマウントの手順を簡易的にするために開発されました。Dr.John C.Koisの研究はBonwillの正三角形、Monsonの球形説(4"=100.12mm)1963年のWeinberg研究などで実証、確証されています。


❷Dr.John C.Koisの研究は異なる人種と性別で行われました。グラフはヒンジの中心点から上顎切歯中央切縁までの測定分布を表しています。約80%が軸と切歯間の距離の平均である100mmの5mm以内に入っています。これは、イヤーボウを比較した研究で報告されているのとほぼ同じパーセンテージです。

❸以前から歯科医は切歯と犬歯のラインを目と平行にするよう教えられています。目の位置が傾いている場合は歯牙も傾いて形成されます。歯列の正中線は重要で必ず顔面の中心線と関係します。そのため、歯列の正中線を決める顔面の中心線を記録する必要があります。そうすると、咬合平面を歯列の正中線と垂直に設定することができます。




❹このシステムは三次元に関わる咬合平面の勾配と傾斜を記録します。アナライザーボウの水平部は基準となる咬合水平面を記録します。バーティカルロッドは基準となる矢状面用の顔面の中心線を記録します。回転軸と切歯の平均距離100mmは前額面の基準と関連しています。

ゴールデンプロポーション(黄金比)




一本の直線を分割し長い線と短い線との比率が全体と長い線との比率に等しい比率をゴールデンプロポーションと言い1:1.618で最も安定し審美的に美しい比率とされております。図の一本線(A)を分けて、長い線(B)と一本線(A)の比率と短い線(C)と長い線(B)の比率が同じになるようにします。A:B=B:C=1:0.618つまり、AはBの161.8%で、BはCの161.8%になります。



ゴールデンルーラーはこのゴールデンプロポーションの1:1.618を測定する器具です。

ゴールデンプロポーションの活用

ゴールデンプロポーションワクシングガイドには、正面観での中切歯から小臼歯までのゴールデンプロポーションを示すラインが予め印記されています。これにより、ゴールデンプロポーションを基準とした診断と技工作業をサポートします。









プラスチックアーティキュレーターライト(PAL)写真はマグナスプリットインデックスプレートの装着例です。マグナスプリットインデックスプレートは別売りです。

写真	商品名	商品番号	内容量
1 2 3	コイスデントフェイシャルアナライザーシステム ※咬合器へ使用する際はマグナスプリットⅡシステムが必要です。	4300KS	コイスデントフェイシャルアナライザー 1セット コイスアジャスタブルプラットフォーム1セット コイスディスポーザブルインデックストレイ20入
2	コイスアジャスタブルプラットフォーム	4360KS ※	1セット
3	コイスディスポーザブルインデックストレイ	4322KS	20入
4	ゴールデンプロポーションワクシングガイド	4330AA	ガイド7種類 (中切歯近遠心幅7.0mmから0.5mm間隔で10mmまでの7種類)
5	ゴールデンルーラー	9395DP	ゴールデンルーラー 1入
6	エステティックトゥースプロポーションゲージ	9375DP ※	1枚
7 8	マグナスプリットⅡシステム	2850MP	マグナスプリットマウンティングプレート2入(マグネット付き) マグナスプリットインデックスプレート20入
8	マグナスプリットインデックスプレート	2860MP	20入
		2861MP	50入
9	リーフゲージ	9390DP	1入
10	プラスチックアーティキュレーターライト(PAL)	1505PA ※	20セット

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000193(写真①②③)　※受注発注商品

各種クイックスプリットシステム　各種マウンティングプレート

包装・価格：下記参照

(社内処理コード:S996)



クイックスプリットシステム(ゲメテック)



その他 プレート

クイックスプリットシステム(ゲメテック)

写真	商品名		商品番号	内容量
1	プライマリマウンティングプレート	パナデント用	110	プレート(マグネチックプレート付き)1入
2	アジャストメントプレート	パナデント用	125	プレート(マグネチックプレート付き)1入
3	マグネットリムーバー		140	1入
4	ゴムリング付きキャストフォーマー		160	1セット
	キャストフォーマー用ゴムリング		165	1入
5	キャストフォーマー用ゴムリング	アングル	166 ※	1入
6	キャストフォーマー用ゴムリング	30MM高	167 ※	1入
7	アドヘジョンプレート		170	50入
8	セカンダリーマウンティングプレート		S650W	50入
9	アジャスティングブロック	パナデント用	190 ※	1入
		パナデント用 15MM高	195	1入
10	バイトフォークレジストレーション		320 ※	1入
		15MM高	325	1入
	マグネチックプレート		130 ※	1入

※受注発注商品

その他 プレート

写真	商品名		商品番号	内容量
11	プラスティックマウンティングプレート	パナデント用	2706MP	10入
			2708MP	50入

咬合器

● プライヤー

SHOFU ORTHODONTIC INSTRUMENTS

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER
(社内処理コード:S105)

カッティング プライヤー


インサート製品

60-015 (TS-15)
ピン&リガチャーカッター

リガチャーワイヤーを切断するための
カッターです。

カッティング許容範囲
リガチャーワイヤー Up To .016"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000110(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

60-605
ピン&リガチャーカッター
(ミニチュア)

リガチャーワイヤーを切断するための
カッターです。

カッティング許容範囲
ソフトワイヤー Up To .015"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000543(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

60-605S
ピン&リガチャーカッター
(スリム)

ヘッドサイズを従来の20%スリム化(当社比*)。
小さなヘッドでも操作しやすいよう、ハンドル
は、しっかりと握れる細長い形状です。

カッティング許容範囲 リガチャーワイヤー Up To .015"
*当社60-605とのヘッド部の幅、厚み、
長さなどの総合的比較による平均値。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000543(歯科矯正用プライヤ)



インサート製品

30-604WK/30-605WK
ピン&リガチャーカッター
スプリング付

二枚ジョイント(かしめタイプ)

カッティング許容範囲
リガチャーワイヤー Up To .016"
エラスティックリガチャー

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000543(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

60-607
ピン&リガチャーカッター
(スリム) 15° アングル

60-605Sの刃部に15° の角度を付与
し広い視野の確保が可能です。連続
作業に適したスプリング付です。

カッティング許容範囲
リガチャーワイヤー
Up To .015"



一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000543(歯科矯正用プライヤ)



45-020
フラットカッター



ワイヤーの切断面が平らになるため切
断面のみの研磨ですみ寸法ずれなく作
業効率も向上します。

(切断面がフラット、ワイヤーはホールドされません)
カッティング許容範囲
先端切断部 φ1.0mm 側面切断部 φ1.2mm

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000102(歯科技工用鉗子)


インサート製品

P-400
リガチャーカッター
(40°アングル)



刃先角を40° に設定しており口腔内で
の広い視野の確保ができます。特に舌側
での操作性が向上します。

カッティング許容範囲
リガチャーワイヤー Up To .008"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000807(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

P-410
リガチャーカッター
(リバースド40°アングル)



刃の向きがP-400とは逆の設計。
P-400とP410を使用部位に応じて使い
分けることによって作業効率が向上し
ます。

カッティング許容範囲
リガチャーワイヤー Up To .008"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000807(歯科矯正用プライヤ)



60-004
パワーカッター

ラボワークの際に矯正装置用ワイヤーのカット
に使用する強靭なカッターです。

カッティング許容範囲
ワイヤーφ1.5mm

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000100(歯科技工用鉗子)


インサート製品

P-420
リガチャーカッター(50°アングル)



P-430と刃の向きが違うため両方の使い分けにより
常に刃の平らな面と対峙したカッティングができます。
刃部角度が50°に設計されており、より広い視野の
確保ができます。
ハンドル内側にはワイヤー切断許容範囲が
マーキングしてあります。

カッティング許容範囲
リガチャーワイヤー Up To .012" 全長:約160mm

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000807(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

P-430
リバースドリガチャーカッター(60°アングル)



P-420と刃の向きが違うため両方の使い分けにより
常に刃の平らな面と対峙したカッティングができます。
刃部角度が60に設計されており、より広い視野の
確保ができます。
ハンドル内側にはワイヤー切断許容範囲が
マーキングしてあります。

カッティング許容範囲
リガチャーワイヤー Up To .012" 全長:約160mm

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000807(歯科矯正用プライヤ)



30-550S
ディスタルエンドセーフティーカッター
(スリム)



口腔内に装着されたアーチワイヤーをバッ
カルチューブの遠心で切断するためのカッ
ターです。スリムタイプ。全長:約120mm。

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"X.028"
ラウンドワイヤー UP To .020"
プレイデットワイヤー Up To .016"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-550SL
ディスタルエンドセーフティー
カッター・
スリム ロング ハンドル 全長約:147mm。



ハンドル部に10°の角度がついております。

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"X.028"
ラウンドワイヤー UP To .020"
プレイデットワイヤー Up To .016"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-55SLS
ディスタルエンドセーフティー
カッター

スリム ロングハンドル ストレート 全長約:147mm



カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"×.028"
ラウンドワイヤー Up To .020"
プレイデットワイヤー Up To .016"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)



30-550SF
ディスタルエンドセーフティーカッター
(スリムフラッシュカット)



口腔内に装着されたアーチワイヤーをバッ
カルチューブの遠心端に合わせて切断する
ためのカッターです。全長:約121mm。

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"X.028"
ラウンドワイヤー UP To .020"
プレイデットワイヤー Up To .021"X.025"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-550FL
ディスタルエンドセーフティーカッター・
フラッシュカット ロング ハンドル
全長約:147mm。



ハンドル部に10°の角度がついております。

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"X.028"
ラウンドワイヤー UP To .020"
プレイデットワイヤー Up To .021"X.025"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000331(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-551US
ディスタルエンドセーフティー
カッター



ウルトラスリム
作業部のヘッドを曲線状にすることで、
下顎へのアクセスが容易になりました。

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"×.028"
ラウンドワイヤー Up To .020"
プレイデットワイヤー Up To .016"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)



30-55USL
ディスタルエンドセーフティーカッター
ウルトラスリム ロングハンドル

30-551US のロングハンドルタイプです。



ハンドル部に10°の角度がついております。

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"×.028"
ラウンドワイヤー Up To .020"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-553
ディスタルエンドセーフティーカッター
ノーリング スリム フラッシュカット



ホールドリング不要のセーフティーエン
ドカッターです。ホールドリングの保管
や交換作業が不要のため、プライヤー
管理が簡素化できます。

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To.021"X.025"
ラウンドワイヤー UP To.020"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-554
ディスタルエンドセーフティーカッター
ノーリング スリム フラッシュカット
ロングハンドル 全長:約147mm。



ハンドル部に10°の角度がついております。

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To.021"X.025"
ラウンドワイヤー UP To.020"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)




30-550K
ディスタルエンドセーフティー
カッター

二枚ジョイント(かしめタイプ)

カッティング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"X.028"
ラウンドワイヤー Up To .020"
プレイデットワイヤー Up To .016"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000094(歯科矯正用プライヤ)

ベンディング プライヤー/フォーミング プライヤー



60-006
ホローチョッププライヤー

ワイヤーのカーブ形成や修正に使用します。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .022"(約0.56mm)

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000133(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

60-224T
ストッププライヤー



アーチワイヤーにVベンドを
入れるためのプライヤーです。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To.025"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000128(歯科矯正用プライヤ)



60-228
ステッププライヤー



ハンマーヘッドタイプ
ステップ幅は1.0mm

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To.022"×.028"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000361(歯科矯正用プライヤ)



60-226 / 60-227
トルキングプライヤー

先端作業部がそれぞれ
60-226が凸、
60-227が凹になっており
2本一組でアーチワイヤーに
トルクを付与できます。


60-226 60-227

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000354(歯科矯正用プライヤ)



68-410
アーチターレットⅡ

		スロット					
		.016"	.017"	.018"	.019"	.021"	.022"
トルク	0°	○	○	○	○	○	○
	7°	×	×	○	×	×	×
	12°	×	×	○	×	×	×

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000354(歯科矯正用プライヤ)



60-850
リンガルアーチ
ターレット

スロットサイズを7種類揃え、舌側矯正におい
てラボワークからチェアサイドの各ステップに
対応した構成になっております。
βチタンワイヤーへのトルク付与が可能です。

ベンディング プライヤー/フォーミング プライヤー


インサート製品

30-315C
ライトワイヤープライヤー
(カッター、ミゾ付)

ラウンドワイヤーやレクタンギュラーワイ
ヤー等にループを入れるためのプライヤーで
す。またカッターも付いており曲げ切断の作
業が連続的に行えます。先端に.025"のミゾ
がついております。

ベンディング&カッティング許容範囲
ワイヤー Up To .020"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000123(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-316C
ライトワイヤープライヤー
(カッター付)

ラウンドワイヤーやレクタンギュラーワイヤー
等にループを入れるためのプライヤーです。
またカッターも付いており曲げ切断の作業が
連続的に行えます。

ベンディング&カッティング許容範囲
ワイヤー Up To .020"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000123(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-316T
ライトワイヤープライヤー

ラウンドワイヤーやレクタンギュラーワイヤー
等にループを入れるためのプライヤーです。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .020"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000123(歯科矯正用プライヤ)



60-316
ライトワイヤープライヤー

ラウンドワイヤーやレクタンギュラーワイヤー
等にループを入れるためのプライヤーです。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .018"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000123(歯科矯正用プライヤ)



60-314
バードビークプライヤー

先端が円錐形と角錐形のプライヤーです。
ワイヤーをベンディングする際に使用します。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .030"(約0.76mm)

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000122(歯科矯正用プライヤ)



インサート製品

60-314TL
ワイヤーベンディングプライヤー
(ヘビー)

ホールディングアーチワイヤー等の太目のワイ
ヤーをベンディングする際に使用します。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .047"(約1.2mm)

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000127(歯科矯正用プライヤ)



60-305
ループフォーミングプライヤー

2つのピークがそれぞれ凸凹になっており
オメガループ等を作る際に使用します。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .022"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000116(歯科矯正用プライヤ)



インサート製品

60-430CK
キムプライヤー
(カッター付)

1.3mm、1.8mm、2.2mmのピークになってお
り、MEAWテクニックやマルチループを作る
際に使用します。

ベンディング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .016"X.022"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000119(歯科矯正用プライヤ)



60-302
ナンスクロージングループ
プライヤー

先端に3mm、4mm、5mm、6mmのステップ
がついており、クロージングループなどの作成
に使用します。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .022"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000120(歯科矯正用プライヤ)



60-303
ツイードアーチベンディング
プライヤー

レクタンギュラーワイヤー・スクエアワイヤー
をベンディングするためのプライヤーです。

ベンディング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022" X.028"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000121(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

60-303T
ツイードアーチベンディング
プライヤー

レクタンギュラーワイヤー・スクエアワイヤー
をベンディングするためのプライヤーです。

ベンディング許容範囲
レクタンギュラーワイヤー Up To .022"X.028"

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000121(歯科矯正用プライヤ)



60-074
ヤングプライヤー

クラスプや補助弾線等の屈曲の際に使用
します。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .040"(約1.0mm)

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000114(歯科矯正用プライヤ)



60-313
スリージョープライヤー

クワドヘリックスやリンガルアーチのアクチ
ベート、クラスプ等の屈曲などに使用します。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .028"(0.7mm)

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000126(歯科矯正用プライヤ)



60-313L
ヘビースリージョープライヤー

クワドヘリックスやリンガルアーチのアクチ
ベート、クラスプ等の屈曲などに使用します。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To .036"(0.9mm)

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000126(歯科矯正用プライヤ)



インサート製品

60-201L/60-201R
アングルドスリージョー
プライヤー 左/右

クワドヘリックスやリンガルアーチ等の微調
整に使用します。下顎にも使用しやすいよう、
細めに設計されています。

ベンディング許容範囲
ワイヤー Up To.036"(0.9mm)

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000131(歯科矯正用プライヤ)

ユーティリティー プライヤー



60-501
ウィンガートユーティリティー
プライヤー

全長:約136mm

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000544(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

60-501T
ウィンガートユーティリティー
プライヤー

ワイヤーの適合・着脱の操作等やシンチバック
等に使用できる多目的なプライヤーです。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000544(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

30-502T
ウィンガートユーティリティー
プライヤー

ワイヤーの適合・着脱の操作等やシンチバック
等に使用できる多目的なプライヤーです。


一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000544(歯科矯正用プライヤ)



65-040
ウィンガートユーティリティープライヤー
(スモール)


シンチバックする際、臼歯部でワイヤーベンド
しやすい小さめのヘッドサイズです。先端内側
はギザ目加工で滑りにくく、ハンドルは通常の
ユーティリティーよりも長めの設計です。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000544(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

60-300(P-300)
リンガルユーティリティープライヤー
ロングハンドル

ヘッドをスリムにし、臼歯部へも届きやすいよう
ロングハンドルを採用しました。



一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000323(歯科矯正用プライヤ)



60-009
ヘッドギアープライヤー

フェイスボウのインナー・アウターボウを
屈曲、形成するのに使用します。

ワイヤー Up to.051" (約1.3mm)


一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000125(歯科矯正用プライヤ)



60-306
ホウプライヤー

ワイヤーの適合・着脱の操作等やリガチャー
ワイヤーの結紮に使用できる多目的なプライ
ヤーです。先端は1/8(3.2mm)インチの丸形
形状です。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000112(歯科矯正用プライヤ)



60-307
ホウプライヤー スモール

ホウプライヤーの先端が小さくなったタイプ
です。
先端は3/32(2.4mm)の丸形形状です。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000112(歯科矯正用プライヤ)



60-309
ホウプライヤー スリムハンドル

ホウプライヤーのハンドルが長くなり、幅が
狭くなったタイプです。リガッティング時に
手の中で回転させやすくなっています。先端は
4mmの丸型形状でしっかり
把持できます。



全長:147mm

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000112(歯科矯正用プライヤ)



60-900
タイバックプライヤー



019x025など太めのNi-Tiワイヤーでも
ヒートなしでシンチバックペンが可能です。
左右のヘッドとハンドルの握り方を
変えるだけで、上下顎、左右側を問わず、
歯頸舌側方向へとシンチバックができます。

ベンディング許容範囲 .025" (NiTi Only)

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000096(歯科矯正用プライヤ)


インサート製品

P-220
フッククリンピングプライヤー





アーチワイヤーにクリンパブル
フックを装着する際に使用します。独自の把持形態のピークが
フックを圧接し確実にワイヤー
に固定します。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000154(歯科矯正用プライヤ)



60-446
フッククリンピングプライヤー
アングル

アングルのついた
フッククリンピングプライヤーです。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000154(歯科矯正用プライヤ)

プライヤー

SHOFU ORTHODONTIC INSTRUMENTS

ディボンディング プライヤー／ボンディング インスツルメント

P-200 プラケットリムービングプライヤー

プラケットをディボンディングする際に使用するプライヤーです。刃先がブラケットベースの下部と接着歯面に入り込み正面から視界が確保できます。
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000149（歯科矯正用プライヤ）

60-335TG ダイレクトボンドブラケット リムービングプライヤー（ストレート） スリットタイプ

ブラケットをディボンディングする際に使用するプライヤーです。
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000151（歯科矯正用プライヤ）

60-025 ダイレクトボンドブラケット リムービングプライヤー（ストレート）

インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000151（歯科矯正用プライヤ）

P-500 リンガルブラケットリムービング プライヤー

左右の刃先でベース面を挟み込み、歪みを加えて除去する機構。刃先の滑らかなRが、舌側面の多様な膨隆に的確にフィットします。
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000097（歯科矯正用プライヤ）

P-510 リンガルブラケットリムービング プライヤー

全長：約162mm
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000364（歯科矯正用プライヤ）

60-026 ダイレクトボンドアタッチメント リムービングプライヤー・アングル

プラケットなどをディボンディングする際に使用するプライヤーです。先端にアングルを付けております。
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000150（歯科矯正用プライヤ）

P-210 ボンドリムービングプライヤー

プラケットを歯牙から除去後に残ったボンディング材を取り除くためのプライヤーです。
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000153（歯科矯正用プライヤ）

P-700 臼歯用リンガルボンドリムービング プライヤー

臼歯部、隣接面のボンディング材を除去するためのプライヤーです。
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000337（歯科矯正用プライヤ）

P-710 前歯用リンガルボンドリムービング プライヤー

前歯部舌側面のボンディング材を除去するためのプライヤーです。
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000337（歯科矯正用プライヤ）

60-332T ボンドリムービングプライヤー

プラケットを歯牙から除去後に残ったボンディング材を取り除くためのプライヤーです。
インサート製品
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000153（歯科矯正用プライヤ）

60-890 プラケットセッティングツイザー

独自のトリプルベンドシャンクにより、アプローチしにくいリンガル矯正においても、高い操作性を発揮。先端はウィングに収まる極細形状。ブラケットとの接触面は、滑りにくい平滑仕上げ。
※先端が極めて細いので、お取り扱いには十分ご注意ください。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000075（歯科矯正用プライヤ）

60-827 プラケットオープナー

両先端部には滑り止め加工（溶射加工）がされており、ノッチ（凹部分）はリガチャーワイヤーをしっかりと押し込むことができます。先端探針はセルフライゲーティングブラケットの開閉にご使用いただくことも可能です。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000375（歯科矯正用結さつ器）

60-815 プラケットプレーシング ツイザー

リバースアクション型なので手を離すと先端がクローズします。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000140（歯科矯正用プライヤ）

60-824 プラケットプレーシングツイザー

60-815よりも先端が細くなっており、ブラケットウィングに収まる設計です。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000140（歯科矯正用プライヤ）


60-830 ブーンブラケットポジショニングゲージ

ブラケットの位置決めに使用します。
ゲージハイト
3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000141（歯列矯正用位置測定器具）

リガッティング インスツルメント／その他


60-101C リガチャータイニングプライヤー （クーンタイプセーフティーチップ）

リガチャーワイヤーを結さつする際に使用します。
パネは取り外しができます。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000142（歯科矯正用プライヤ）

60-102 リガチャータイニングプライヤー

リガチャーワイヤーを結さつする際に使用します。
パネは取り外しができます。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000142（歯科矯正用プライヤ）


N-215 マチュータイプ

リガチャーワイヤーを結さつする際に使用します。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000073（持針器）

N-801 モスキート（直） N-802 モスキート（曲）

エラスティックモジュールを結さつする際に使用します。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000070（鉗子）

60-216 エラスティックプレーシング プライヤー（フック付き）

エラスティックモジュールを結さつする際に使用します。先端にモジュールがつかみ易いようにフックが付いております。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000144（歯科矯正用プライヤ）


60-218 エラスティック プレーシング プライヤー

エラスティックモジュールを結さつする際に使用します。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000144（歯科矯正用プライヤ）

DED-MK ダブルエンドディレクター

結紮線やエラスティックチェーンを扱いやすい程良い深さのY字部分
用途に合わせて使い分けのできるダブルエンド仕様（0°/90°）
考案・写真提供　河村光輝先生（河村矯正歯科）
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000383（歯科矯正用プライヤ）

60-823 リガチャーディレクター（両頭）

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000212（歯科矯正用結さつ器）

74-822 SHダイヤモンドリガチャー ディレクター

ダイヤモンド粒子を先端全面に電着してありますので、アクセス方向を問わず、滑らず確実にリガチャーワイヤーを押し込めます。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000212（歯科矯正用結さつ器）

60-817 リガッティング&ディレクター

ピン無し のタイプもございます。
（60-817N）
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000148（歯科矯正用結さつ器）

60-816 リガチャーディレクター

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000212（歯科矯正用結さつ器）

60-818 両頭リガチャーディレクター

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000212（歯科矯正用結さつ器）

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER
（社内処理コード：S105）

バンディング インスツルメント／その他

60-701 エラスティックセパレーティング プライヤー

セパレーティングモジュールを歯間に挿入するためのプライヤーです。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000139（歯科矯正用プライヤ）

60-810 バンドプッシャー （六角ハンドル）

全長：約133mm　バンドの試適や装着に使用します。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000211（歯科矯正用バンドプッシャ）

60-810A バンドプッシャー （シリコンハンドル）

全長：約133mm　ハンドル部分がシリコンになっています。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000788（歯科矯正用バンドプッシャ）

60-104T 臼歯用バンドリムービング プライヤー
60-104TL 臼歯用バンドリムービング プライヤー（ロング）

60-104T　60-104TL　ロングタイプ
インサート製品
バンドを臼歯から撤去する際に使用します。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000135（歯科矯正用プライヤ）

60-800 バンドシーター

バンドの試適や装着の際に患者に噛み込ませて使用します。
一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X00009000005（歯科矯正用バンドプッシャ）


60-208 バンドコンタリングプライヤー

バンドに豊隆や湾曲を付与するためのプライヤーです。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000136（歯科矯正用プライヤ）

その他

60-105 コンバーチブルキャップ リムービングプライヤー

<包装内容>
●プライヤー本体
●交換用チップ1個
●チップ交換用六角レンチ
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000362（歯科矯正用プライヤ）


19-741 プライヤースタンド

（使用例）
プライヤーを6～8本掛けることができます。
（プライヤーサイズにより掛けられる本数は異なります。）
W80mm×D80mm×H128mm

79-908 プライヤーケース L


サイズ（開いた状態）
390mm×500mm
※プライヤーを10本収納でき、
さらにノギスやディレクターを収納できるポケットが付いています。


79-909 プライヤーケース

プライヤー
10本
収納可能。
サイズ（開いた状態）
390mm×370mm
サイズ（2つ折時）
195mm×370mm

リップワイダー 2種



一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00268000008（歯科用開口器）

74-852 ノギス

全長：234mm

片頭リトラクター 2種


一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00268000008（歯科用開口器）

メンテナンス

19-100 スムーサー （防錆・潤滑・シャープニングオイル）

防錆・潤滑用の専用オイルでプライヤーのメンテナンスに使用します。またオートクレーブご使用前に軽く塗布しておくだけで防錆および潤滑効果を発揮します。

08-275 ダイヤモンド ピンセット

ダイヤモンド粒子を先端部の内側に電着してありますから、滑ることなく細かな作業を確実に行なえます。プラケットやワイヤーなどの取扱時に最適です。
一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000005（歯科治療用ピンセット）

ナノクイック（弱酸性次亜塩素酸ナノ洗浄液）
感染予防対策に！

血液負荷条件におけるウイルス除去試験実施済み
（北里環境科学センターにて）
浸漬洗浄ができない器具
（マイクロレンズ、ルーペなど）に適しています。
陶材・プラスチック・ガラスと材質を問わず
ご使用いただけます。

商品番号	容量
19-301	400cc（スプレータイプ）
19-302	1L（詰め替え用）
19-303	4L（詰め替え用）
19-304	5L（詰め替え用）

※受注発注品、返品不可
※画像は400ccのものです。

19-200 タスクリーン （タンパク分解・防錆洗浄剤）

オキシドール成分と酵素の特性により、血液などのタンパク質の分解・洗浄に効果を発揮します。
ステンレス・ミラー・スチールバー・合成樹脂・ゴム・パキュームチップなど幅広い材質にも対応します。
高希釈（200倍及び400倍希釈）で使用することが出来るため、大変経済的です。
●内容量：顆粒500g
（200倍希釈で希釈液100L分、400倍希釈で希釈液200L分）
●付属品：5g 計量スプーン
●主成分：オキシドール成分、酵素、非イオン界面活性剤、カルボン酸、金属封鎖剤　他

消耗品（交換用）

30-950 交換用ホールドリング（10個入り） 30-550SF、30-550FL用	60-983 交換用ピークチップ（3個入り） P-210、60-104T、60-104TL、P-700、P-710用	P-211 交換用超硬チップ（1個入り） P-210用　両端とも使用可能	P-711 前歯用交換用チップ P-710用
60-970 交換用チップ 60-202T用	60-9871 交換用メタルチップ（1個入り） 60-332T用	P-701 臼歯用交換用チップ P-700臼歯用	60-960 交換用チップ（5個入） 60-105用


SHOFU ORTHODONTIC INSTRUMENTS

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER
(社内処理コード:S105)


ストリッピング関連製品



74-920
ストリッピングコントラアングル



- 上下運動タイプ(減速4:1)
- ストローク幅:約1.3mm
- 各メーカーのEVAシステム用ストリッピングツール対応
- オートクレーブ滅菌(134℃)対応



ストリッピング専用のコントラハンドピースです。日本国内生産で、低振動・低ノイズ。患者さまへの負担を減らします。

管理医療機器 医療機器認証番号 225ALBZX00008000 特定保守管理医療機器 (歯科用ハンドピース)

オートストリッピングバー

- 隣接面のエナメル質をわずかに研削し、スペースを作るためのストリップスです。

スターターセット(各サイズ1枚入・計5枚入)

製品	15μm	25μm	40μm	60μm	90μm
粒子粗さ	15μm	25μm	40μm	60μm	90μm
ブレード厚	両面:約0.08㎜ 片面:約0.06㎜	両面:約0.12㎜ 片面:約0.08㎜	両面:約0.15㎜ 片面:約0.10㎜	両面:約0.19㎜ 片面:約0.14㎜	両面:約0.29㎜ 片面:約0.17㎜

単品各種(3枚入)



- 一体型で使いやすいデザイン。
- 粒子サイズをバーに刻印してあります。
- 研削部に穴が空いているため、目づまりや熱の上昇を抑えます。

両面	74-931	74-932	74-933	74-934	74-935
片面	L:74-961 R:74-971	L:74-962 R:74-972	L:74-963 R:74-973	L:74-964 R:74-974	L:74-965 R:74-975

スターターセット(各サイズ1枚入・計5枚入)	両面	74-930
	片面	L:74-981 R:74-982



※片面ダイヤモンドコーティングタイプについてホール(穴)はございません。コーティング側を判別し易いように、コーティング側のフレームのみにレーザーマーキングがされています。

※画像は両面タイプのものです。





74-912
オートストリッピングバー
スタンド

本体サイズ:縦50mm×横50mm×高さ45mmステンレス製、オートクレーブ滅菌可能。



74-911
オートストリッピング
ゲージ

厚さ6種類セット(0.1mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm)



74-913
オートストリッピング
プッシュボタン



オートストリッピングバーをコントラアングルから取り外す(押し出す)ツールです。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000365(歯科研削用ストリップ)

アライナープライヤー


60-731


60-732


60-733


60-734


60-735






















- アライナーに半月状のスペースを作りリンガルボタンやブラケットなどを併用する際の装置位置を確保します。
- アライナーのトリミングにも使用することができます。

- 水平的なくぼみを付与することができます。

- 垂直的なくぼみを付与することができます。

- アライナー歯頚部にエラスティックを取り付ける際の涙滴状の穴を開けることができます。


- 類側、舌側の近遠心に1mm径の円形のくぼみを付与します。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000362(歯科矯正用プライヤ)

SHOFU ORTHODONTIC INSTRUMENTS

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER
(社内処理コード:S105)

口腔内撮影用ミラー



74-904 Mi-4(大)　74-905 Mi-5(中)　74-906 Mi-6(小)　74-907 Mi-7(小児)　74-908 Mi-8(側方)



写真提供:藤澤 將人 先生(目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科)

【商品特徴】

- ステンレス製(厚み約1.2㎜)
- 片面ミラー面
- 反射率約６５％
- 持ち手部分にはブラスト加工(指紋防止)
- オートクレーブ滅菌(132℃)対応
- 滅菌用布ケース付き

※単品でもご購入いただけます。



口腔内撮影用ミラー単品各種


74-999 滅菌用ケース
※ミラー単品にも1枚付属しています。

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000334(歯鏡)


金冠バサミ

金冠バサミ

S-210 直　全長:約111㎜



S-211 曲　全長:約110㎜




S-611 曲　全長:約92㎜



※オートクレーブ滅菌不可

金冠バサミ(ステンレス製)

S-510 直(SS)



全長:約105㎜

S-511 曲(SS)



全長:約105㎜

※オートクレーブ滅菌可能

一般医療機器 医療機器届出番号 09B2X00010000025(歯科用金冠ばさみ)

プライヤーのメンテナンスに関して

日常のメンテナンス

鉗子、プライヤーなどのようにジョイントを有する製品は回転軸となるジョイントに定期的に注油を行なってください。注油により、ジョイントの動きがスムースになるだけでなく、防錆および潤滑効果を発揮します。注油は商品番号19-100スムーサー(防錆・潤滑・シャープニングオイル)を推奨いたします。

ご使用後のメンテナンス

洗浄:目視できる範囲の汚染を洗い流す。

製品に異常がないかを確認してください。異常がある場合は使用を中止して下さい。洗浄は付着物が乾く前に行なってください。

消毒:人体に有害な微生物の感染レベルを落とす、死滅させる。


消毒後は速やかに乾燥させ水分を完全に除去してください。ジョイントを有する製品には注油をすることをお奨めします。プライヤー類の材質の変化を誘発しうる成分(禁忌薬剤参照)を含有する薬剤のご使用はお避けください。

禁忌薬剤:


次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、機能水(超酸性水、酸化水)、家庭用洗剤

滅菌:全ての微生物を死滅させ、無菌状態にする。


滅菌はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌、および高圧蒸気(オートクレーブ)滅菌を推奨いたします。オートクレーブ滅菌は乾燥温度が132℃以上にならないように設定してください。または、乾燥工程を行なわず、自然乾燥させてください。高温の乾燥はプライヤー類の性能を低下させる恐れがあります。滅菌後はプライヤー類を充分に乾燥させてください。水分が残ったまま長期間保管すると、充分な滅菌効果が得られないことがあります。またプライヤー類の腐食や劣化を招きます。



※インサート製品:使用条件に耐えられるよう、また、長期間の使用に耐えられるよう使用ピーク部に本体とは異質の硬質鋼材をろう着しております。



※「かしめタイプ」:従来のものに比べてジョイント部分の構造を簡略化し、切れ味など基本スペック・デザインはそのままに低価格化を実現しました。



- ロングハンドルは通常のタイプと比べ、ハンドルが約26mm長くなっています。
- ハンドル部に10°の角度がついていますので、臼歯舌側部へのアクセスがしやすくなっています。

矯正関連書籍

(社内処理コード:S999)

◇ストレートワイヤーエッジワイズシステム



McLaughlinシステムについてPPAS矯正歯科臨床研究会の20年にわたる臨床研究と臨床技術の集大成。前半では治療の基礎となるMcLaughlinメカニクスを中心にした情報のまとめとして「オルソメカニクスノート」を掲載、後半では研究会有志による臨床的意の高い35症例を不正咬合別にまとめ提示した。チェアーサイドで全情報をご覧いただけます。

著　者	古賀 正忠／ Richard P. McLaughlin	商品番号	918
体　裁	A4判・264ページ・オールカラー		

◇入門 ストレートワイヤーエッジワイズ法



○「セファロのトレースが難しい」「ワイヤーベンディングせずに並ぶのか」「動かしたくない歯も動いてしまう」
筆者がセミナー受講生からダイレクトに聞いた素朴な疑問に「矯正装置」「矯正診断」「治療メカニクス」の視点で整理、豊富なイラストを基にわかりやすく解説。
○後半には、厳選された8症例について、規格化したレイアウトで紹介しています。
○ストレートワイヤーエッジワイズ法による矯正歯科臨床の入門書として、必読の一冊です。

著　者	渡辺 和也	商品番号	924
編集協力	下島 隆志		
体　裁	A4判・184ページ・オールカラー		

◇Bennett・McLaughlin　矯正治療メカニクスの基本



Dr.McLaughlin ／ Dr. Bennett共著によるテキストブックの邦訳本!!
最新プリアジャステドエッジワイズシステム矯正治療メカニクス解説書の決定版!!
○矯正治療のアプローチについて、McLaughlinの既刊のシリーズのポイントとなる内容が要約され、かつ、最新情報にアップデートされた新たな矯正治療の成書。
○質の高い矯正治療のガイドラインとして、より高いレベルを目指す新世代の矯正専門医へ。
○経験を積んだ矯正医の知識の整理・確認に。
○400点を超える写真、約200点のイラストでおさえておきたい治療のポイントを解説。

著　者	John C.Bennett ／ Richard P.McLaughlin	商品番号	921
監　訳	渡辺 和也／二 宮　隆／古賀 正忠		
体　裁	A4判・296ページ・オールカラー		

◇プリアジャストエッジワイズ法　装置とメカニクス



矯正治療、特にスライディングメカニクスに重点を置き均質で安定した治療成績、チェアタイムや治療期間の短縮等ストレートワイヤーアプライアンスの優れた特徴とそれを生かすためのメカニクスを具体的に解説した、実用的でわかりやすい臨床マニュアルです。

著　者	J.C.Bennet ／ R.P.Mclaughlin	商品番号	92
監　訳	高田 健治／大西 馨		
体　裁	A4変型265頁 写真560点 図表200点以上		

◇埋伏歯の保存治療ストラテジー

「上顎犬歯が埋伏し、前歯の歯根が吸収している！」
「小臼歯が頬側内でおかしな方向を向いている」「大臼歯が重なって埋伏している」日常臨床で遭遇するこんなケースにお困りではありませんか
○含歯性嚢胞を糸口として、治療の手がかりをつかみ、診断的治療で保存へ導く新しい治療法を紹介。
○「埋伏歯は抜歯しかない」「根ができるまで歯胚は触ってはいけない」「埋伏歯は動かない」が180度変わる驚きの知見と新戦略。
筆者が長年にわたり研究したエビデンスとともに、埋伏歯治療のタイミングとテクニックを惜しみなく披露した一冊。

著　者	野田 隆夫　野田 雅代	商品番号	923
体　裁	B5判・オールカラー・128ページ		

◇ストマトロジーとしての矯正歯科治療 実践プリアジャストエッジワイズ



矯正歯科治療は不正咬合を治すことと表される。目的は正常咬合、あるいは咬合の安定性で、この概念はDentistryである。一方、矯正歯科治療をStomatologyとして捉えた場合、矯正治療は手段であり、目的は、疾病・障害を治す、あるいは予防することである。本書は、Stomatologyの視点から矯正歯科治療を再構築した最初の試みであろう。(はじめに)より抜粋・要約

著　者	野田 隆夫	商品番号	916
体　裁	A4 判236頁 カラー		

◇実践インプラント固定による矯正歯科治療



歯科矯正用アンカースクリュー教科書の決定版！
40を超える症例を、多数の写真・図版で詳細に解説した実践書。

著　者	Hee-Moon Kyung	商品番号	910
翻　訳	山本 照子／宮脇 正一		
体　裁	A4変型182頁 カラー		

◇矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療



第一人者による必携の教科書
矯正用アンカースクリューを応用したスライディングメカニクスによる治療効果を検証し、抜歯症例および非抜歯症例における生力学の違いを解説します。また、開咬、過蓋咬合およびⅢ級不正咬合の治療、舌側矯正への応用などについて、さらにMTMなど部分的な歯の移動への応用についても紹介します。(Hyo-Sang Park)

著　者	Hyo-Sang Park	商品番号	917
監　訳	高橋 正光		
体　裁	A4判・336ページ・カラー		

◇臨床医のためのインプラント矯正入門



MTMにありがちなアンカレッジロス(固定源の喪失)などのトラブルがなく動かしたい歯の動きだけ考えればよいので実に簡単なMTMになる。これは一般臨床医にとって朗報である。ことにはじめて臨床にMTMを取り入れる臨床家にはうってつけな歯の移動方法なのである。(本文より)

著　者	林 治幸	商品番号	909
体　裁	A4変型 80頁		

◇外科的矯正治療へのマイクロインプラントの応用



外科矯正治療における歯科矯正用アンカースクリューの応用方について、その理論から臨床までの全てが網羅されています。
学問的な背景に基づいた実際の応用方法が、豊富な臨床例と共に紹介されています。

著　者	Hyo-Sang Park	商品番号	922
監　訳	山本 照子 訳 高橋 正光／保田 好隆／加治 初彦		
体　裁	A4版193頁 カラー		

◇頭蓋顎顔面領域における骨延長術

治療方針～術中・術後の管理まで実践的骨延長術。本書は本研究会会員の貴重な経験と歴史に基づいた顎顔面領域における骨延長に関してまとめたもので、矯正歯科では診断治療方針、治療における注意点、口腔・形成外科では手技や術中術後管理の注意点などを症例と共に詳細に提示しております。(本文より)

編　著	三次 正春／上里 聡	商品番号	907
体　裁	A4変型178頁		

◇歯科矯正治療と顎顔面矯正治療

成長途上にある子供への日常的にとられている矯正学的、顎矯正学的治療法について取り上げている。15人の強力な共同執筆者を得てより広い視点からこれらの問題の本質的な部分を明らかにしている。治療のプロトコル、診断所のマネージメント、スタッフ相互の関連性、院内、院外での広報活動などであり、また、新しい技術についても紹介、顎矯正学的治療法と同様に固定式矯正装置についても取り上げた。(本文より)

著　者	James A. McNamara/William L.Brudon	商品番号	911
監　訳	黒田 敬之		
体　裁	A4変型556頁 図表約720点		



◇こどもハミガキ上手PRO(歯垢染色液体ハミガキ)／歯科医院専用




こどもハミガキ上手PRO(180mL／69mL)

	梱包単位	商品番号	内容量
こどもハミガキ上手PRO (いちご味)	12入	HJ069S	69mL
	6入	HJ180S	180mL

歯垢チェックとハミガキが同時にできます。

(社内処理コード:S400)



1. 専用カップで適量(約3mL～5mL)を口に含み、クチュクチュします。
2. 10回ほどクチュクチュし、はき出すと歯垢が赤く染まります。
3. 赤く染まった部分を中心にブラッシングしてください。
4. 水ですすぎます。
※おかあさんの仕上げみがきとしてお使いください。

●歯科医院専用だから

☆キシリトールを配合：歯の脱灰を抑制する効果が報告されています。
☆グリチルリチン酸ジカリウムを配合：抗炎症作用があり、歯肉炎を予防し、グルカン生成抑制効果により歯垢の形成を抑える効果が報告されています。
☆わかりやすく歯垢を染め出します。

●お子様に安心して使用できます。

☆ノンアルコール、低刺激の成分(食品用色素等)で作られております。
☆研磨剤が入っていないので歯を痛めにくいです。
☆虫歯の原因となる甘味料は一切使用しておりません。
☆財団法人日本食品分析センターで、「口腔粘膜刺激性試験」「反復経口投与毒性試験」を実施しています。(市販品試験)

◇コンジスイ 薬用歯磨フレッシュエア(歯肉炎・歯槽膿漏予防薬用歯磨)



フレッシュエア

	梱包単位	商品番号	内容量
コンジスイ 薬用歯磨フレッシュエア (ペパーミントタイプフレーバー)	10入	S420	110g

気になる歯周病特有の口臭をおさえます。
※在庫限りで販売終了となります。

医薬部外品　(社内処理コード:S420)

●決め手は薬用成分と天然成分

薬用成分CPC(※1)とIPMP(※2)の働きで歯垢(プラーク)の発生を抑制し、口臭の原因となる歯周ポケット内の細菌を殺菌し口臭を予防します。天然植物フラボノイド(緑茶抽出物と油性甘草エキス)が口臭を抑えます。薬用成分のアラントインクロルヒドロキシアルミニウムや収れん剤(乳酸アルミニウム)の働きで歯肉の腫れなどの炎症を抑えます。
(※1) CPC：塩化セチルピリジニウム　(※2) IPMP：イソプロピルメチルフェノール

<くこのような経験はありませんか？>
●朝起きた時、口に粘りを感じたりする。
●歯肉がむずがゆかったりする。
●歯肉が腫れたり、浮いた感じがする。
●何となく口臭が気になる。

◇リテーナーミラーケース



リテーナーミラーケース

リテーナーミラーケース	色調	イエロー	商品番号	R01	包装 12入
		ピンク		R02	
		ブルー		R03	
		アソート(イエロー、ピンク、ブルー各4入)		R04	

外形寸法　W80mm × D70mm × H30mm

(社内処理コード:S600)

リテーナーミラーケースは患者様の矯正装置の保管をするケースです。

●ミラー付き：ケース内にはミラーが付いており患者様が矯正装置を装着する際便利です。
●素材、色調：抗菌素材で衛生的です。色調は人気のパステルカラー 3色を用意いたしました。

患者説明用リーフレット…患者さまが歯科医に矯正治療や咬み合わせに関する相談をしていただくきっかけ作りに有効な情報提供ツールです。

◇矯正治療いつからはじめるの？



患者さまのお知りになりたいことは様々ですが、なかなか相談しづらいのも事実です。
このパンフレットは、歯科医に矯正治療のことを相談していただくきっかけをつくります。
患者さまとのコミュニケーションツールとして、このパンフレットをご利用ください。



項目
- はじめに(相談から治療開始まで)
- うけ口
- 出っ歯(上顎前突)
- 開咬
- 八重歯(乱杭歯、叢生)
- 外科矯正
- いろいろな矯正装置
- 歯周矯正

著　者	野田 隆夫／野田 雅代	商品番号	802
体　裁	オールカラー 18頁 (表裏表紙除く)		
単　位	1PK ／ 50冊		

ア
アーチターレットⅡ 50
アーチワイヤーテンプレート 27
アーティキュレーター サポートレッグス（左右1組） 47
アイス ディボンディング プライヤー 11
アキシスマウンティングシステム 46
アキシパスⅢレコーダー 46
アキシパスグラフペーパー 47
アジャスタブルインサイザルテーブル（PCH用） 47
アジャスタブルインサイザルテーブル（PSH用） 47
アジャスタブルナジオンリレーター 47
アジャスティングブロック 49
アジャストメントプレート 49
アドヘジョンプレート 49
アブソアンカー インスツルメントキット 35
アブソアンカー エンジンドライバー 34
アブソアンカー シャフトチップ 34
アブソアンカー ショートハンドドライバー 34
アブソアンカー タイポドント 35
アブソアンカー ドライバーチップ 34
アブソアンカー ニューケース 35
アブソアンカー ニューロングハンドドライバー ボディ 34
アブソアンカー パイロットドリル 34
アブソアンカー ミニケース 35
アブソアンカー ロングハンドドライバー ボディ 34
アブソアンカーⅢ 33
アライナープライヤー 54
アライン X F アーチワイヤー 26
アルギン酸パニッシュ 45
アングルドスリージョープライヤー 左／右 51
インサイザルテーブル 47
インスパイア i ce 11
インスパイラルブラシチップ 42
インターチェンジャビリティテストコラム 47
ウィンガートユーティリティープライヤー 51
API システム 46
SHダイヤモンドリガチャーディレクター 52
エステティックトゥースプロポーションゲージ 48
エミルマ インダイレクトボンディングシステム 31
エラスティックセパレーティングプライヤー 53
エラスティックチェーンTS 29
エラスティックプレーシングプライヤー 52
オーソティースクリーナー 41
オーソパレット 45
オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni 23
オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni RCS 21
オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni SE200 21
オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni ウルトラサーモ 22
オーソラインアーチワイヤー ステンレススチール 22
オーソラインアーチワイヤー ベータⅢ 24
オーソラインアーチワイヤー マルチストランド 24
オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 21
オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 トルクド 25
オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 ホワイト 18
オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 リンガル 25
オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール 23
オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール ホワイト 18
オートストリッピングゲージ 54
オートストリッピングバー 54
オートストリッピングバースタンド 54
オートストリッピングプッシュボタン 54
オープンコイルスプリング 29
オパールエッチ キット 42
オパールエッチ リフィル 42
オパールシールキット 42
オパールバンドセメント キット 44
オパールボンドMV シリンジキット 42
オパールボンドフロー キット 43
オパールボンドフロー チップ 43

ア
オパールボンドフローブルー キット 43
ORIGAMI SL チューブ 5
ORIGAMI SL ブラケット 5
カ
キーホール ループ ワイヤー レクタンギュラー 26
キーホール ループ ワイヤー レクタンギュラー（オーソライン） 25
ギシ グー　ホワイト 31
キムプライヤー 51
キャストフォーマー用ゴムリング 49
臼歯用交換用チップ 53
臼歯用バンドリムービングプライヤー 53
臼歯用リンガルボンドリムービングプライヤー 52
矯正実習用タイポドント 37
矯正治療いつからはじめるの? 57
矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療 56
金冠バサミ 55
グラムセラミックブラケット コンサルテーションモデル 6
グラムブラケット ディボンディング ツール DE 6
クリア モーションアナログ 47
クローズドコイルスプリング 29
外科的矯正治療へのマイクロインプラントの応用 56
コイスアジャスタブルプラットフォーム 48
コイスディスポーザブルインデックストレイ 48
コイスデントフェイシャルアナライザーシステム 48
交換用チップ 53
交換用超硬チップ 53
交換用ピークチップ 53
交換用ホールドリング 53
交換用メタルチップ 53
口腔内撮影用ミラー 55
咬合器 ケース 46
ゴールデンプロポーションワクシングガイド 48
ゴールデンルーラー 48
こどもハミガキ上手PRO 57
コバヤシフック 28
ゴムリング付きキャストフォーマー 49
コンサルテーションモデル（ジニアス） 2
コンダイルポジショナーセット 47
コンバーチブルキャップリムービングプライヤー 53
サ
サービカルネックパッド 30
CPI−Ⅲシステム 46
CPIグラフペーパー 47
CPIデータレコードシート 47
ジェットカーバイドバー CA 43
歯科矯正治療と顎顔面矯正治療 56
実践インプラント固定による矯正歯科治療 56
ジニアス クリスタル ブラケット 3
ジニアス メタル ブラケット 3
松風オーソモデル 37
松風キャプチャーシート 31
シンメトリー クリア 10
シンメトリー クリア タイポドント 10
シンメトリー クリア ディボンディング プライヤー 10
前歯用リンガルボンドリムービングプライヤー 52
前歯用交換用チップ 53
スタディモデル 46
ステッププライヤー 50
ステムアッセンブリー 47
ステンレス スティール ワイヤー 26
ストッププライヤー 50
ストマトロジーとしての矯正歯科治療 実践プリアジャストエッジワイズ 56
ストリッピングコントラアングル 54
ストレートワイヤーエッジワイズシステム 56
スピンテック オープニング インスツルメント 14
スピンテックオープニング クロージングインスツルメント 15
スムーサー 53
スリージョープライヤー 51
セーフティーリリースモジュール 30

サ
セカンダリーマウンティングプレート 49
タ
タイバックプライヤー 51
ダイヤモンドピンセット 53
ダイレクトボンドアタッチメントリムービングプライヤー 52
ダイレクトボンドブラケットリムービングプライヤー 52
タスクリーン 53
ダブルエンドディレクター 52
ツイードアーチベンディングプライヤー 51
ディスタルエンドセーフティーカッター 50
ディスポーザブルクラッチ 47
デイモン クリア 14
デイモン クリア2 14
デイモンQ 15
デイモンQ2 15
デイモンクリア ディボンディングプライヤー 14
デントス NT コイルスプリング 36
デントス ハンドコントラアングルドライバー 35
頭蓋顎顔面領域における骨延長術 56
トルキングプライヤー 50
ドロップインフック 15
ナ
ナジオンリレーター 47
ナノクイック 53
ナンスクロージングループプライヤー 51
入門 ストレートワイヤーエッジワイズ法 56
ノギス 53
ハ
バードビークプライヤー 51
バイオエステティックレベルゲージ 47
バイトトレイ 47
バイトフォーク 47
バイトフォークスタビライザー 47
バイトフォークステムアッセンブリー 47
バイトフォークレジストレーション 49
ハイプルヘッドキャップ 30
パナマウントフェイスボウセット 46
VALOオーソコードレス 38
パワーカッター 50
バンド 16
バンドコンタリングプライヤー 53
バンドシーター 53
バンドプッシャー 53
PCH 咬合器 46
PSH 咬合器 46
ビューティオーソ ボンドⅡ 40
ピン&リガチャーカッター 50
ブーンブラケットポジショニングゲージ 52
フォレスタデント アーチワイヤーテンプレート 27
フォレスタデント グラム ブラケット 6
フォレスタデント ステンレススチール ワイヤー 27
フォレスタデント チューリップ バッカルチューブ 7
フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー 27
フォレスタデント バッカルチューブ 8
フォレスタデント バンドプリウエルド 9
フッククリンピングプライヤー 51
プライマリマウンティングプレート 49
プライヤーケース 53
プライヤーケース L 53
プライヤースタンド 53
ブラケット プレースメントガイド 6
フラットカッター 50
ブラケットオープナー 52
ブラケットオープニングドライバー 3
ブラケットセッティングツイザー 52
ブラケットプレーシングツイザー 52
ブラケットリムービングプライヤー 52
プラスチックアーティキュレーターライト（PAL） 48
プラスティックマウンティングプレート 49

ハ
フラットカッター 50
プリアジャストエッジワイズ法 装置とメカニクス 56
ブルーマイクロチップ 42
フレッシュエア 57
ヘックスレンチ 47
ヘッドギアープライヤー 51
Bennett・McLaughlin　矯正治療メカニクスの基本 56
ヘビースリージョープライヤー 51
片頭リトラクター 53
ポアーバニッシュ 45
ホウプライヤー 51
ホローチョッププライヤー 50
ボンドリムービングプライヤー 52
マ
マイウェルダー 17
マイクロ チューブ 13
埋伏歯の保存治療ストラテジー 56
マウンティングスタンド 46
マウンティングフィクスチャー L&H 47
マウンティングプレートスペーサー 47
マグナスプリットⅡシステム 48
マグナスプリットインデックスプレート 48
マグネチックプレート 49
マグネットリムーバー 49
マチュータイプ 52
マルチメジャーリングルーラー 47
ミキシングチップ（オパールバンドセメント用） 44
ミニスプリント Ⅱ ブラケット コンサルテーションモデル 6
ミニスプリントⅡ メタル ブラケット 7
ミニツイン ブラケット 12
メタルオパールシールチップ 42
メタルティース ホワイトクラウン 37
モーションアナログ 47
モスキート 52
ヤ
ヤングプライヤー 51
ラ
ライトワイヤープライヤー 51
リーフゲージ 48
リガチャーカッター 50
リガチャータイニングプライヤー 52
リガチャーディレクター 52
リガチャーワイヤー 28
リガッティング&ディレクター 52
リップワイダー 53
リテーナーミラーケース 57
リバースドリガチャーカッター 50
リバースプルマスク 30
両頭リガチャーディレクター 52
リンガル シース（バンド用） 16
リンガルアーチターレット 50
リンガルクリート（バンド用） 16
リンガルブラケットリムービングプライヤー 52
リンガルユーティリティープライヤー 51
臨床医のためのインプラント矯正入門 56
ループフォーミングプライヤー 51
レベリング クリアアタッチメント 17
ワ
ワイヤーベンディングプライヤー 51
ワックスフォーム 37

松風矯正商品のお取引に関するご案内

ご注文方法

▶ FAXでのご注文　03-3832-7682

ご注文いただく場合には、弊社の専用注文用紙をお使いいただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。
必要とされる場合は、弊社矯正課までご用命ください。
※土・日・祝祭日の受付分は翌営業日の手配となります。

▶ 電話でのご注文　03-3832-1824

※受付時間 AM9:00～PM5:00（土・日・祝祭日は、営業いたしておりません。）

お取り寄せ商品、特注商品、プリウェルドバンドにつきましては、一度ご注文いただいた後の変更・取消はいたしかねます。

ご注文いただいた商品のお届け

当日午後1時までにご注文いただきました場合には、弊社に在庫があるものにつきましては、即日発送いたします。
※繁忙期は発送が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
お取り寄せ製品、特注商品、プリウェルドバンドにつきましては、原則としてご注文いただいてからの手配となります。
納期につきましては弊社矯正課までお問い合わせください。
なお、特別な対応が発生した場合には、別途手数料を頂戴することがございます。

サンプルについて

医療機器として厚生労働省の承認が必要な商品（医療機器承認・認証・届出番号がついている商品）につきましては、弊社も所属しております、医療機器業公正取引協議会の制定する規約に基づき、サンプル等の提出ができませんので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

送料について

お届け先1件につき、ご注文合計金額が5,000円以上の場合は無料となります。
但し、下記の場合は有料となり送料（特別手数料）をご負担いただきますので予めご了承下さい。

ご注文合計金額が5,000円未満の場合（沖縄県以外）	500円（税別）
ご注文合計金額が5,000円未満の場合（沖縄県）	1,000円（税別）
時間指定、航空便使用等、特別な費用が発生する場合	別途手数料

※2024年4月1日以降、送料に関する事項が変更になりましたのでご注意ください。

返品・交換

商品が届いてすぐに商品内容をご確認ください。
商品の誤送・不良品の場合
商品の保管・取り扱いには十分注意しておりますが、万一商品の破損や不良品、間違った商品をお届けした場合はお手数ですが弊社までご連絡いただきましたら、お取り替えさせていただきます。商品は「着払い」でお送りください。
※上記以外の商品返品・交換は原則として承りかねますのでご了承ください。

お支払い

毎月20日締め、翌月10日支払いです。
毎月20日締めにて請求書を発行させていただき、翌月10日までにお支払いをお願いいたします。
郵便振替あるいはコンビニエンスストアからの振込をご利用いただく場合
請求書に同封された振込用紙をご利用ください。
銀行振込をいただく場合
各銀行の振込用紙をご利用ください。

ご案内

- 本カタログは2024年4月を基準とし、発売予定の商品も含めて編集したものであり、その後で製造を中止したり、商品構成や価格、承認・認証・届出番号及び仕様等が変更になる場合があります。なお、各商品の詳細につきましては、カタログ等の用意があるものもございますのでお申し付けください。
- 価格・標準価格は2024年4月現在の「標準医院価格」を表示しており、消費税は含まれておりません。掲載しております希望小売価格はあくまでも参考であり、歯科医院様の販売価格は各歯科医院様が自主的に決めるべきものであります。
- 製品、パッケージ、付属品、色見本類等の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 本誌に掲載の商品をご使用の際は、添付文書、使用説明書あるいは取扱説明書をよく読んでお使いください。

アブソアンカーⅢの販売に関するご案内

- アブソアンカーⅢ　（高度管理医療機器　医療機器承認番号22900BZX00130000）をはじめてご購入いただく場合は販売登録書を提出いただく必要がございます。アブソアンカーⅢは高度管理医療機器に指定された商品です。正しく安全にご使用いただくために、使用説明書等を事前にお読みにいただく必要があります。正しく安全にご使用いただくことをお願いするとともに医療施設名、ご使用者等の登録をさせていただきます。

換算表

本カタログではブラケットのスロットサイズやアーチワイヤーの径については全て数値のみ表示しております。これら全てインチ・フィート単位での数値です。メートル法に換算した時の値は下記の表をご参照ください。

1インチ＝約25.4ミリメートル（約25.4mm）
1フィート＝約30.5センチメートル（約30.5cm）

インチ	ミリメートル	インチ	ミリメートル
.008	0.20	.0215	0.55
.009	0.23	.022	0.56
.010	0.25	.025	0.64
.011	0.28	.028	0.71
.012	0.30	.029	0.74
.013	0.33	.030	0.76
.014	0.36	.036	0.91
.015	0.38	.040	1.02
.0155	0.39	.045	1.14
.016	0.41	.046	1.17
.017	0.43	.047	1.19
.0175	0.44	.048	1.22
.018	0.46	.050	1.27
.019	0.48	.110	2.79
.0195	0.50	.120	3.05
.020	0.51	14.	355.6
.021	0.53	15.	381.0
フィート	メートル	フィート	メートル
7.5	2.3	25	7.6
15	4.6	50	15.3

VEGETABLE OIL INK
環境に優しい植物インキ使用

松風研削材の滅菌方法

商品名	滅菌前の処理	推薦滅菌方法	滅菌後の処理
ジェットカーバイドバー	ブラシ等で汚物の除去を行います。水洗した場合は、錆が出やすいので水分を速やかに除去します。	◉ドライクレーブ（乾燥）180～200℃―1時間 ◉ケミクレーブ ◉EOG*	
		ディスオーパー5分間	水で1分以上洗浄し、その後速やかに乾燥します。 備考／錆の出る恐れがあります。
ラバーカップ メルサージュ カップ メルサージュ ブラシ	超音波洗浄にて汚物を除去します。（その後ディスオーパに浸漬します。）	ディスオーパー5分間	水で1分以上洗浄し、その後速やかに乾燥します。
		EOG	

SMILE TOGETHER SHOFU ORTHODONTIC

松風矯正商品注文書

※コピーしてご使用ください。

2024 VOL.12

FAX：03-3832-7682

発注日　年　月　日

お得意先名 フリガナ	ご担当者 フリガナ
ご住所 フリガナ 〒	
TEL：　－　－	FAX：　－　－
E-mail：　@	

商品名（サイズ・色・等も含む）	商品番号	数　量
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

通信欄

世界の歯科医療に貢献する
株式会社 松風
矯正に関する全てのお問合せ先
営業部 矯正課
〒113-0034　東京都文京区湯島3-16-2　松風ESTビル
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682
https://www.shofu.co.jp/ortho/index.php