




ねじらないでください



ハンドピースを着脱する際、ハンドピースとハンドピースコード、またはホースをねじらないでください。接続部分の端子が破損し、故障の原因になります。

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

本社●〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

製造販売元

株式会社 **ナカニシ**

栃木県鹿沼市下日向 700