

⚠ 注 意

OM-DE0926JA 000

他社製チップの使用について

国内外で製造された他社製チップが流通され、それらを弊社の超音波システムのスケーラーハンドピースに装着したことによる不具合が発生しております。

他社製のチップを使用された場合、以下の不具合、または思わぬ事故が発生する可能性があります。

- ・ 適合しないねじを無理に装着することによる振動不良
- ・ 他社製チップの破損による患者の誤飲
- ・ スケーラーハンドピースのねじ部の破損または早期摩耗

超音波システムには、必ず純正チップを使用してください。

なお、他社製チップの使用に起因するスケーラーハンドピースの破損、故障、事故等に関しては、弊社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

本社 ● 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

製造販売元

株式会社ナカニシ

栃木県鹿沼市下日向 700

2020.03.11 第一版 GBCT000176

2020.03.11 006